

**SP ZOZ SZPITAL POWIATOWY
IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO W OPOCZNI
26-300 Opoczno, ul. Partyzantów 30**

Dyrekcja: 0447544804

Fax: 0447544822

e - mail: zamowienia2@szpitalopoczno.pl

Nasz znak: DZPF/230/107/2018

Opoczno, dn. 08.08.2018r.

**WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

dot.: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w podziale na zadania dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie (znak sprawy 17/2018)

W załączeniu przesyłamy pytania potencjalnych oferentów i odpowiedzi
Zamawiającego:

Dotyczy zadania 12 poz. 2

Wnosimy o dopuszczenie wkładu z drenem o długości 1,8m

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy zadania 12 poz. 2

Wnosimy o dopuszczenie drenu o średnicy wewnętrznej 6mm

Odp. Zamawiający dopuści.

Dotyczy zadania 12 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na wkłady workowe z drenem pakowane w jednym opakowaniu fabrycznym i pochodzące od jednego producenta?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, **który nie należy do żadnej grupy kapitałowej**, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

Odp. Zamawiający uzna.

Dotyczy wzoru umowy § 7 ust 5

Zwracamy się z wnioskiem o rozszerzenie zapisu o treść: [...]z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.

Odp. Zgodnie z zapisami umowa-projekt.

Dotyczy projektu umowy § 8 ust. 1,2

Nawiązując do projektu umowy stanowiącej element SIWZ wnosimy do Zamawiającego o dokonanie zmiany w wielkości kar umownych do poziomu odsetek ustawowych tj do wysokości

0,1%

Odp. Zgodnie z zapisami umowa-projekt.

Dotyczy projektu umowy § 8 ust. 3, 4

Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości netto niezrealizowanej umowy (według stanu na dzień odstąpienia) /dostawy, a nie od wartości umowy brutto.

Podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wystawionych faktur w miesiącu. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary naliczane były tylko od wartości netto nie wykonanego świadczenia.

Odp. Zgodnie z zapisami umowa-projekt.

Dotyczy projektu umowy § 8 ust 5, 8

Wnosimy o modyfikację ww. zapisu poprzez dodanie [...] „po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do natychmiastowego zrealizowania zamówienia.”

Odp. Zgodnie z zapisami umowa-projekt.

Zadanie 15 poz. 1

1. Czy Zamawiający dopuści rękawice o sile zrywania 6N w całym okresie przechowywania oraz poziomie AQL < lub równym 1,5?

Odp. Zamawiający dopuści

Zadanie 15 poz. 2

1. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje rękawic pakowanych po 150 szt. w ilości 7000 op., czy też ilość tą należy odpowiednio przeliczyć gdyż podana kalkulacja dotyczy opakowań A'100 szt.?

Odp. Wymagana Ilość opakowań 7000 szt. po 150 szt.

Zamawiający dopuszcza możliwość przeliczania

2. KD Medical Polska Sp. z o.o. jako uczestnik postępowania przetargowego zwraca się z następującymi pytaniami:
3. 1/ Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 poz. 8 wyrazi zgodę na wycenę strzykawki z igłą w rozm. 0,5 x16mm, skalowaną co 0,01 ml?

Odp. Igła obok strzykawki

4. 2/ Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 poz.8 wyrazi zgodę na wycenę strzykawki z igłą w rozm. 0,45x12mm, skalowaną co 0,01ml?

Odp. Igła obok strzykawki

Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 34 poz. 4 i dopuści: Chusteczki bezalkoholowe nasączone 0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecylo-dimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy, przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zbiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba?

lub

Chusteczki bezalkoholowe nasączone 0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecylo-dimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy, przeznaczone do mycia i

szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba?

Odp. Zamawiający dopuści, ale nie wydzieli

Czy Zamawiający wydzieli z zadania nr 32 pozycje nr 8 i 9 do osobnego pakietu?

Powyższe rozwiązanie umożliwi Zamawiającemu uzyskanie większej konkurencyjności oraz niższej ceny zamawianego asortymentu.

Odp. Zamawiający nie wydzieli

Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwichnięciu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długościach: 17 cm, 20cm, 25 cm, 30 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw aperiogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 14 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przyklepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?

Odp. Zamawiający dopuści pod warunkiem kompatybilności z pozostałym sprzętem

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z pakietu 31 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

Odp. Nie

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 16 z zad. 1 i utworzenie z niej odrębnego pakietu. Wydzielenie wyżej wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert.

Odp. Zamawiający nie wydzieli

1. Dotyczy Zadanie nr 4 poz. 3- Prosimy o doprecyzowanie jaki rozmiar cewnika zamawiający miał na myśli.

Odp. Z racji omyłki pisarskiej -PATRZ uaktualniony załącznik nr 4 (asortymentowo-cenowy) – ZADANIE 4

2. Dotyczy Zadanie nr 4 poz. 3- Czy zamawiający dopuści Przyrząd do badań HSG o długości 300mm. Tak niewielka różnica w długości cewnika nie ma wpływu na jakość przeprowadzonego badania.

Odp. Z racji omyłki pisarskiej - PATRZ uaktualniony załącznik nr 4 (asortymentowo-cenowy) – ZADANIE 4

3. Czy Zamawiający miał na myśli w Zadaniu nr 5, szczoteczki cytologiczne do jednoczesnego pobierania wymazów z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji, odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?

Odp. Zamawiający dopuści

4. Dotyczy Zadanie nr 6- Prosimy o doprecyzowanie jaki rozmiar cewnika zamawiający miał na myśli.

Odp. Szersza średnica cewnika 2,33 mm.

5. Dotyczy Zadanie nr 6- Czy zamawiający dopuści Przyrząd do badań HSG o długości 300mm. Tak niewielka różnica w długości cewnika nie ma wpływu na jakość przeprowadzonego badania.

Odp. Tak

Zadanie 2, pozycje 9 - 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Nie

Zadanie 4, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Nie

Zadanie 15, poz.1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznaczonej różnicy w grubościach: palec: 0,10 mm +/-0,02, dłoń: 0,10 mm +/-0,02 oraz mankiet: 0,06 mm +/-0,01, siła zrywu przed starzeniem min.6,3N, AQL 1,5, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pakiet 15, poz.2

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne, nitylowe o nieznaczonej różnicy w grubości: palec: 0,10 mm +/-0,01, dłoń: 0,08 mm +/-0,01?

Odp. Zamawiający dopuści

Pakiet 15, poz.2

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne, nitylowe o sile zrywu przed starzeniem (mediana) 7,8N?

Odp. Zamawiający dopuści

Pakiet 15, poz.2

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne, nitylowe w opakowaniu a'200 sztuk dla rozmiaru XS-L, a'180sztuk dla rozmiaru XL z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuści

Pakiet 15, poz.2

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne, nitylowe w opakowaniu a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuści

Zadanie 16, poz.1

Czy Zamawiający dopuści rękawice z makroteksturą na całej powierzchni, poziom protein 89 µg/g, grubości: palec: 0,16 mm +/-0,02, dłoń: 0,14 mm +/-0,02 oraz mankiet: 0,12 mm +/-0,02, siła zrywu przed starzeniem min. 9N, jak dotychczas stosowane w Państwa placówce, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuści

Zadanie 17, poz.1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne pakowane po 40par w dyspenserze, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuści

Zadanie 17, poz.2

Czy Zamawiający dopuści rękawice bezpudrowe, ginekologiczne, o grubości: dłoń: 0,27mm -0,35mm, długości 480mm +/-0,10 dla każdego rozmiaru, AQL 1,5, pozostałe wymagania zgodnie z

SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuści

Zadanie 18, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewniki Pezzerera w rozmiarach CH 12 – CH 40?

Odp. Zamawiający dopuści

Zadanie 18, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania posiadające barwne oznaczenie rozmiaru na konektorze oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu jednostkowym?

Odp. Zamawiający dopuści

Zadanie 20, pozycja 14

Czy nie nastąpiła oczywista omyłka pisarska w kolumnie „j.m.” i Zamawiający oczekuje zaofiarowania 20 opakowań a'50 szt. Elektrood?

Odp. 20 opakowań po 50 szt.

Zadanie 20, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści zaciskacze o długości 52mm?

Odp. Zamawiający dopuści

Zadanie 22, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do godzinowej zbiórki moczu z dwiema zastawkami antyzwrotnymi: w worku zbiorczym oraz w drenie (na wejściu do komory pomiarowej), zamiast w łączniku do cewnika Foleya?

Odp. Dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów

Zadanie 25, pozycje 1-2

Czy Zamawiający dopuści dren z bagnetem o długości 370mm?

Odp. Tak, pozostałe jak w SIWZ

Zadanie 30, pozycja 3, 6

Czy Zamawiający dopuści maskę standardową, niewydłużoną?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 1 poz. 4

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Zadanie nr 1 poz. 1 -4

Proszę o odstąpienie od kodu kolorów na poj. opakowaniu strzykawki. Nie istnieje bowiem żaden międzynarodowy kod kolorów na strzykawki, jak na przykład w przypadku kolorystycznego oznakowania igieł czy kaniul. Wymóg nie pokrywa się z żadną normą ISO ani ustawą o wyrobach medycznych. Nie ma bowiem problemu z odróżnieniem jednego rozmiaru strzykawki od drugiego, jak może mieć to miejsce w przypadku igieł. Każde opakowanie jednostkowe zawiera BARDZO WYRAŹNY, z łatwością dostrzegalny, nadrukowany rozmiar. Proszę dopuścić strzykawki z kodem kolorów na katonie handlowym, co ułatwia przyjęcie dostaw i faktycznie może mieć praktyczne zastosowanie.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Zadanie nr 1 poz. 1 -4

Proszę o odstąpienie od podwójnej czarnej skali na strzykawce. Państwa opis ogranicza konkurencyjność ofert, nie daje możliwości złożenia oferty innym producentom strzykawek.

Odp. Tak, pozostałe parametry jak w SIWZ

Zadanie nr 1 poz. 5, poz. 6

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Odp. Zamawiający dopuści

Zadanie nr 1 poz. 7

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Odp. Zamawiający dopuści

Zadanie nr 1 poz. 8

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawek do tuberkuliny z nakładaną igłą w rozmiarze 0,45 x 13 mm, skala 0,025 ml.

Odp. Igła ma być obok strzykawki.

Zadanie nr 3 poz. 1

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów o dł. drenu 150 cm.

Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Zadanie nr 3 poz. 3

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi o dł. drenu 150 cm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Zadanie nr 3 poz. 5-6

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie przedłużacza do przetoczeń o średnicy wewnętrznej 1,6 mm. Pozostałe z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuści.

Zadanie nr 3 poz. 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji z pakietu i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to Państwu uzyskać większą liczbą bardziej korzystnych ofert.

Odp. Zamawiający nie wydzieli.

Zadanie nr 3 poz. 5-6

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji z pakietu i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to Państwu uzyskać większą liczbą bardziej korzystnych ofert.

Odp. Zamawiający nie wydzieli.

Pytanie nr 1 zadanie nr 31

Zamawiający utrudnił możliwość innym firmą składanie ofert konkurencyjnych, które posiadają w swoim asortymencie dwukanałowe cewniki do hemofiltracji poprzez połączenie w jednym zadaniu różnych produktów. Czy Zamawiający w celu stworzenia oferty konkurencyjnej cenowo dopuści składanie oferty częściowej w ramach zadania lub wydzieli z pakietu nr 31 poz. 3 do osobnego pakietu?

Odp. Zamawiający nie wydzieli.

Pytanie nr 2 zadanie nr 31

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o sprecyzowanie czy cewnik ma być długoterminowy czy ostry -krótkoterminowy.

Odp. Długoterminowy

Pytanie nr 3 zadanie nr 31

Z uwagi na zbyt szczegółowy opis, ze wskazaniem na konkretnego producenta czy Zamawiający, z uwagi na sformułowaną w art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy PZP zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, dopuści i uzna za równoważne różniące się parametrami technicznymi nie wpływającymi na jakość i efektywność produktu tj : Dwukanałowe silikonowe cewniki do hemofiltracji o średnicy – 15,5 Fr z podłączonym w kanale żylnym przelotowym mandrynem z końcówkami typu Luer o długościach w zakresie : 15 cm, 19-20 cm, 23-24 cm.

Odp. Uzna pod warunkiem kompatybilności z pozostałym sprzętem

Zadanie 36

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie kołderek na całe ciało pacjenta o wymiarach 195 x 100 cm

Odp. Jak w SIWZ

Prosimy o dopuszczenie kołderek z unikalnymi mikro porami, bez zintegrowanego systemu filtrowania powietrza

Odp. Jak w SIWZ

Prosimy o dopuszczenie kołderek mocowanych do węża za pomocą tasiemek

Odp. Jak w SIWZ

Poz. 2

Prosimy o wydzielenie pozycji 2 do osobnego pakietu

Odp. Zamawiający nie wydzieli

1. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 6 ust. 1).

Odp. Tak (stosowny zapis po podpisaniu umowy)

2. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odp. Nie

3. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 2, 3, 4:

1. W razie zwłoki w dostarczaniu towaru Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5% wartości **brutto** nie dostarczonego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie dostarczonego w terminie przedmiotu umowy.**

Odp. Nie

2. W razie odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości **brutto niezrealizowanej części** umowy.

Odp. Nie

3. W razie odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości **brutto niezrealizowanej części** umowy.

Odp. Nie

Pytania dot. asortymentu:

Zadanie 15, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o gładkiej powierzchni z chropowatą powierzchnią palców – co umożliwi pewny chwyt narzędzia, o grubości pojedynczej ścianki: mankiet $\geq 0,06\text{mm}$, dłoń $\geq 0,08\text{mm}$, palec $\geq 0,10\text{mm}$, o sile zrywania przed przyspieszonym starzeniem $6,3\div 8,0\text{N}$, AQL = 1,5? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odp. Nie

Zadanie 15, poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic pakowanych po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości, wewnątrznie chlorowanych, o gładkiej powierzchni z chropowatą powierzchnią palców – co umożliwi pewny chwyt narzędzia, o grubości pojedynczej ścianki: mankiet $\geq 0,05\text{mm}$, dłoń $\geq 0,06\text{mm}$, palec $\geq 0,07\text{mm}$, AQL = 1,5, raport z badania na alkohole: izopropanol 70% i etanol 20% na poziomie 1 (powyżej 10 min.)? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odp. Tak

Zadanie 16 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji z tego pakietu? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Nie

Zadanie 16, poz. 2: Czy można zaoferować rękawice chirurgiczne, jałowe pudrowe, wykonane z lateksu kauczuku naturalnego, pudrowane, powierzchnia chropowata, jałowe, trwałe, nie zrywające się podczas zakładania, obniżony poziom protein $\leq 50 \mu\text{g/g}$, poziom pudru $< 150 \text{mg/rękawice}$, długość rękawic: rozmiary 6,0 i 6,5 min. 260mm, rozmiary 7,0, 7,5 i 8,0 min. 270mm, rozmiary 8,5 i 9,0 min 280mm, anatomicznie dopasowane, zróżnicowane na lewą i prawą dłoń, co ułatwia wykonywanie precyzyjnych prac, z równomiernie rolowanym brzegiem mankietu, który ułatwia szybkie zdejmowanie rękawic, dostępne w rozmiarach: 6; 6"; 7; 7"; 8; 8"; 9, co pozwala na odpowiednie dopasowanie rękawicy do wielkości dłoni, poziom AQL $< 1,5$ zgodny z normą PN-EN 455-1, deklaracja zgodności, w której potwierdzona jest zgodność z normami PN EN 455-1,2,3 oraz ASTM F1671, pakowane parami - każda para rękawic zapakowana w opakowanie typu peel-

pack (powlekane folią PE), które gwarantuje zachowanie sterylności rękawic, zaletą tego opakowania jest też łatwy sposób otwierania, wewnątrz opakowania peel-pack rękawice zapakowane są w papier, który posiada na zewnętrznej stronie nadruk: rozmiaru, oznaczenie prawej i lewej rękawicy oraz oznaczenie, że rękawice są niepodudowane; na wewnętrznej stronie posiada powtórzone oznaczenie lewej i prawej rękawicy L/R, które ułatwia zakładanie rękawic na właściwą dłoń, na opakowaniu umieszczona jest informacja: „Uwaga: Produkt zawiera lateks kauczuku naturalnego, który może wywoływać reakcje alergiczne”, rodzaj sterylizacji: EO, na opakowaniach jest nadruk LOT, daty ważności oraz daty sterylizacji. Opakowanie A' 50 par. Wydłużenie rękawic 750%, siła zrywająca przed starzeniem 16N, siła zrywająca po starzeniu 13N, poziom chwytności 5. Zwaliowany proces sterylizacji zgodnie z normą PN-EN ISO 11135. Grubość rękawic: palec 0,20 +/- 0,02mm, dłoń 0,19 +/-0,02mm, mankiet 0,14+/-0,02mm, szerokość rękawicy, rozmiar 6,0: 77mm; 6,5: 83mm; 7,0: 89mm; 7,5: 95mm; 8,0: 102mm; 8,5: 108mm, 9,0: 114mm.

Odp. Tak

Pytania dot. wzoru umowy:

1. Czy Zamawiający potwierdza, że dostawy odbywać się będą w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. Tak

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna w przypadku odstąpienia od umowy naliczana była od niezrealizowanej części umowy?

Odp. Nie

3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapisanie w § 9 ust. 8 zdania o treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy”?

Odp. Nie

Zadanie 1 czy zamawiający wydzieli poz. 5-6 do osobnego zadania?

Odp. Nie

Poz. 6 czy w poz. 6 zamawiający oczekuje strzykawki bursztynowej czy przezroczystej?

Odp. Bursztynowej

Poz. 5,6 czy zamawiający dopuści strzykawki z jednostronną skalą pomiarową?

Odp. Tak

czy zamawiający wydzieli poz. 7 do osobnego zadania?

Odp. Nie

Poz. 7 czy zamawiający dopuści strzykawki z jednostronną skalą pomiarową?

Odp. Tak

Zadanie 3

Czy zamawiający odstąpi od wymogu przedłożenia kart charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego na rzecz dostarczenia zamawiającemu oświadczenia producenta o składzie i materiałach przyrządów?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ

Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biocza dwukanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/-0,1 ml, wielkość całkowita komory 62 mm z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

3. Poz. 1 Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ

4. Poz. 1 czy zamawiający dopuści przyrządy bez dodatkowego uchwytu na dren ?
Odp. Nie
5. Poz. 1,3 czy zamawiający dopuści przyrząd z osłonką zabezpieczającą igłę biorczą ?
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ
6. Poz. 1,3 Czy Zamawiający dopuści przyrządy bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na przyrządzie? Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe.
Odp. Dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków
7. Czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 1 i poz. 3 i utworzy jednolity pod względem asortymentowym pakiet z przyrządami do przetaczania?
Odp. Nie
8. Poz. 3 Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.
Odp. Dopuszcza
9. Poz. 3 czy zamawiający dopuści przyrząd z komorą o dł. całkowitej 85 mm?
Odp. Dopuszcza
10. Poz. 3 Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. całkowita komory kroplowej 8,5 cm w części przezroczystej, rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu?
Odp. Dopuszcza
11. **Zadanie 4** czy zamawiający wydzieli do osobnego zadania poz. 1 i 4 ze względu na zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w zadaniu?
Odp. Nie
12. **Zadanie 5** poz. 1 czy zamawiający dopuści wycenę za opak. 100 szt z przeliczeniem?
Odp. Tak
13. **Zadanie 7** poz. 9 czy zamawiający wydzieli do osobnego zadania poz. 9 ze względu na zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w zadaniu?
Odp. Nie
14. **Zadanie 20** czy zamawiający wydzieli do osobnego zadania poz. 5,6,10-13,15,16,17,20,21,22 ze względu na zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w zadaniu?
Odp. Nie
15. Poz. 5-6 czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opak. 100 szt z przeliczeniem?
Odp. Tak
16. Poz. 11 czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opak. 75 szt z przeliczeniem?
Odp. Tak
17. Poz. 12 czy zamawiający oczekuje szpatulek sterylnych czy niesterylnych?
Odp. Niesterylnych
- Zadanie 22** czy zamawiający wydzieli do osobnego zadania poz. 1 i 2?
Odp. Nie
- zadanie 30** poz. 1,2,3 Czy zamawiający dopuści maskę z drenem i nebulizatorem, typ prosty, wykonaną z nietoksyczny materiału PVC, indywidualnie pakowana, opakowanie PE (z instrukcją użytkowania), rozmiary S-XL?
Odp. Tak
- Poz. 4,5,6 Czy zamawiający dopuści maskę z drenem i rezerwuarem, typ prosty, wykonaną z nietoksyczny materiału PVC, indywidualnie pakowana, opakowanie PE (z instrukcją użytkowania), dren o przekroju standardowym, rozmiary S-XL?
Odp. Tak

15

Poz. 7 Czy zamawiający dopuści cewnik do podaży tlenu przez nos typu „wąsy” o długości 200 cm, j.u., pakowany indywidualnie?

Odp. Tak

Dotyczy: 17/2018, Zadanie 31, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 14Fr o długości 15cm, 20cm, 25cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika miękkie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: echogeniczną igłę wprowadzającą ze znaczoną prowadnicą 'J', łącznik wprowadzający typu 'Y', strzykawkę, skalpel, cewnik PU widoczny w RTG, rozszerzacz, dwa koreczki heparynizowane, naklejka identyfikująca pacjenta.

Odp. Dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zapisów SIWZ oraz kompatybilności z aparatem Multifiltrate

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-3 z Zadania nr 18 i stworzy osobny pakiet?

Odp. Nie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z Zadania nr 31 i stworzy osobny pakiet?

Odp. Nie

Zadanie 34, pozycja 2- Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny ściereczkę z 2 % roztworem chlorheksydyny, nasączoną substancją myjącą, nie wymagającą spłukiwania, pakowaną po 4 sztuki w opakowanie foliowe z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania, wymiar ściereczki 33x23, posiadająca cechy wyrobu biobójczego, z stawką VAT 23%?

Odp. Dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków i po odpowiednim przeliczeniu sztuk chusteczek

Zadanie 34, pozycja 3- Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny Czy Zamawiający dopuści czepek do bezwodnego mycia głowy z zawartością chlorheksydyny, impregnowany łagodnym szamponem oraz odżywką, bez spłukiwania, kilkuminutowe wysychanie włosów, możliwość podgrzewania w mikrofalówce 20 sekund 700W, zapachowy, nie zawierający lateksu, opakowanie foliowe, będący wyrobem kosmetycznym?

Odp. Dopuszcza

Zadanie 34, pozycja 4- Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z pakietu 34 pozycję 4 i umożliwił składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę .

Odp. Nie

Zadanie 34, pozycja 4- Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny chusteczki bezalkoholowe echują się szerokim spektrum działania mikrobójczego wobec: bakterii, prątków, grzybów, wirusów Noro i Polio. Posiadają doskonałą tolerancję materiałową. Łączą w sobie mycie i dezynfekcję z wygodą i łatwością stosowania.

Do dezynfekcji i mycia sprzętu medycznego, powierzchni i instrumentarium w szpitalach, domach opieki i w gabinetach stomatologicznych, kosmetycznych, .
SPEKTRUM DZIAŁANIA CZAS DZIAŁANIA
Dezynfekcja powierzchni z udziałem czynnika mechanicznego wg DGHM:
bakteriobójczy i drożdżobójczy (warunki czyste i brudne) 5 min. EN 13727 działanie bakteriobójcze (warunki czyste i brudne) 1 min. EN 13624 działanie drożdżobójcze (warunki czyste i brudne) 1 min. EN 13624 działanie grzybobójcze (warunki czyste i brudne) 15 min. EN 14348 działanie prątkobójcze (warunki czyste i brudne) 15 min. Działanie wirusobójcze wobec wszystkich wirusów osłonionych (łącznie z HIV, HBV, HCV) – zgodnie z zaleceniem RKI (Instytut Roberta Kocha) 01/2004 30 sek. Noro (przetestowano na mysim Norowirusie) (warunki czyste i brudne) 1 min. Działanie wirusobójcze zgodnie z zaleceniem RKI (Instytut Roberta Kocha) 01/2004 30 min.

EN 14476 działanie wirusobójcze (warunki czyste) 30 min. 200 chusteczek z 70% jedwabiu wiskozowego, 30% polipropylenu 23 g/m² rozmiar 200 x 220 mm?

Odp. Tak

Pytanie nr 1

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

Odp. Nie

Pytanie nr 2

Dotyczy wzoru umowy:

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odp. Nie

Pytanie nr 3

Dotyczy wzoru umowy:

W kwestii odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego został wprowadzony do umowy zapis o wartości niezrealizowanej umowy, również wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, od kwoty niezrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby Wykonawca, ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy, czy zatem Zamawiający dokona modyfikacji wspomnianego zapisu umowy?

Odp. Nie

Pytanie nr 4

Dotyczy wzoru umowy:

Prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu do umowy:

W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016, poz. 684 t. j.).

Odp. Nie

Pytanie nr 5

Dotyczy wzoru umowy:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści umowy:

„W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguluje należności w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym wezwaniu Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawy do Zamawiającego do czasu uregulowania należności”

Odp. Nie

Pytanie nr 6

Dotyczy wzoru umowy:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do wzoru

15

umowy:

„W przypadku, gdy Zamawiający nie zamówi w okresie obowiązywania niniejszej umowy, całości przedmiotu zamówienia, okres obowiązywania umowy może ulec przedłużeniu do czasu całkowitego zrealizowania umowy, nie dłużej jednak niż na okres 4 lat od dnia jej podpisania, z uwzględnieniem corocznej aktualizacji cen przez Wykonawcę w tym czasie, za wyjątkiem przedłużenia umowy o maksymalny czas 6 miesięcy....”

Odp. Nie

Pytanie nr 7

Dotyczy wzoru umowy:

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

Odp. Nie

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym wyłącznie tych Pakietów, na które będzie składana oferta?

Odp. Tak

Pytanie nr 9

Dotyczy Zadanie 21:

1. Czy Zamawiający wydzieli poz. 1, 2, 3, 4, 5 i utworzy z nich oddzielny pakiet? Pozwoli to na złożenie korzystniejszej oferty cenowej

Odp. Nie

2. Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 pojemniki o pojemności 190 ml.?

Odp. Nie

3. Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 pojemniki o pojemności 366 ml.?

Odp. Tak

4. Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 pojemniki o pojemności 520 ml.?

Odp. Tak

5. Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 pojemniki o pojemności 1200 ml.?

Odp. Tak

6. Czy Zamawiający dopuści w poz. 8 pojemniki zamykane na odpady ostre, duże o wysokości 36,5 cm i pojemności 20L?

Odp. Nie

7. Dotyczy pozycji 1, 2, 3, 4, 5:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych posiadały na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety odpornej na odczynnik rutynowo stosowane na pracowni (dalej zwane etykietą) lub nadruk lub oznakowania w postaci techniki IML. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia "**W sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii**" wymaga się aby "**materiał pobrany do badania umieszczony został w pojemniku oznaczonym w sposób umożliwiający identyfikację pacjenta albo zwłok, od których został pobrany**". Jednocześnie Rozporządzenie wskazuje iż: "**Pozostały po wykonaniu bloczków parafinowych materiał tkankowy przechowuje się przez okres co najmniej 28 dni od dnia ustalenia rozpoznania patomorfologicznego, w tym w wyniku badania pośmiertnego. Po upływie tego okresu materiał tkankowy jest poddawany utylizacji zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami medycznymi.**" Oznacza to, iż pojemnik, w którym materiał jest przechowywany powinien być wysokiej jakości, a oznakowanie materiału musi pozwalać na jednoznaczne zweryfikowanie pacjenta, od którego pochodzi. Etykieta lub

oznakowanie w postaci nadruku lub techniki IML uniemożliwia przypadkowe zamazanie napisu poprzez kontakt z tuszem jak dzieje się w przypadku zwykłej etykiety papierowej z drukarki (takie pojemniki również są dostępne na rynku). Pragniemy również zwrócić uwagę, iż zgodnie z tym samym rozporządzeniem: wymagane są "procedury dotyczące: transportu materiału do zakładu patomorfologii, zakładu albo pracowni cytometrii przepływowej i postępowania w przypadku uszkodzenia pojemników lub opakowań zbiorczych podczas transportu, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17020" w związku z czym pojemniki powinny również spełniać wszystkie kryteria mogące podlegać ocenie podczas inspekcji w tym oznakowanie w czasie transportu, na co pośrednio wskazuje powyższa norma określająca wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję. Zatem Zwracamy się do zamawiającego o potwierdzenie iż oferowane pojemniki muszą bezwzględnie posiadać na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety lub nadruku lub oznakowania w postaci techniki IML wraz z informacjami dotyczącymi transportu materiału w formalinie. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wskazanie powodu, oraz określenie czym kieruje się Zamawiający w stosowaniu produktów, które nie są dostosowane do specjalistycznego zastosowania jakim jest diagnostyka materiału onkologicznego. Ze względu na charakter chemiczny standardowo stosowanych utrwalaczy (formalina) prosimy Zamawiającego o potwierdzenie wymogu posiadania piktogramów i oznaczeń na wszystkich pojemnikach do transportu materiału histopatologicznego.

Odp. Zamawiający dopuści

Zadanie nr 33 poz. 2 – Przetwornik ciśnienia z linią pomiarową

1. Czy Zamawiający wydzieli z Zadania 33 pozycję nr 2 i stworzy z niej osobny pakiet?


Odp. Nie

2. Czy Zamawiający dopuści linię pomiarową 125 cm (+/- 5 cm) + 25 (+/- 5 cm)

Odp. Tak

3. Która z poniższych końcówek łączy przetwornik z kablem monitora?

Connectors available



Odp. Nie możemy odpowiedzieć na pytanie bez próby użycia kabla

Zwracamy się z prośbą o dopuszczeni w w zadaniu 6 kateterów do HSG o długości sondy 400mm, balonik na cewniku o poj. 1 ml. W zastawie strzykawka 3 ml, sterylny.

Odp. Zamawiający dopuści

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 33 produktu jak dotychczas stosowanego przez Zamawiającego:

poz. 1 Kaniuła przeznaczona do wprowadzania do tętnic obwodowych z zaworem odcinającym zapobiegającym wstęcznemu wypływowi krwi w jednym standardowym rozmiarze 20 G x 45 mm.

Odp. Zamawiający dopuści

W załączeniu uaktualniony zał. Nr 4 (asortymentowo-cenowy) -ZADANIE 4

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. M. S.', is written over a faint, illegible stamp or background.