



SP ZOZ Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie  
26-300 Opoczno, ul. Partyzantów 30  
tel. 44 754 48 04 / fax 44 754 48 06  
[www.szpitalopoczno.pl](http://www.szpitalopoczno.pl) e-mail: [sekretariat@szpitalopoczno.pl](mailto:sekretariat@szpitalopoczno.pl)

e - mail: [ulawalczak@szpitalopoczno.pl](mailto:ulawalczak@szpitalopoczno.pl)

Nasz znak: DZP/230/54/2020

Opoczno, dn. 21.07.2020 r.

dot. Dostawa odczynników, krwinek wzorcowych, materiałów eksploatacyjnych, materiałów kontrolnych niezbędnych do wykonywania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej metodą mikrokolumnową wraz z dzierżawą analizatora, inkubatora, pipetora oraz dzierżawą oprogramowania służącego do zarządzania gospodarką preparatami krwi dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie, znak sprawy 13/2020

W załączeniu przesyłamy pytania potencjalnych oferentów i odpowiedzi  
Wykonawców

1. Prosimy o potwierdzenie, że w związku ze specyfiką asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej oraz cyklem produkcyjnym wymaganego asortymentu (zwłaszcza produktów krwinkowych) Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w którym sukcesywna realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywała się wg załączonego do oferty harmonogramu na dany rok dla wszystkich oferowanych produktów, a kryterium oceny ofert „termin dostawy odczynników” będzie dotyczył dostaw pilnych w trybie „CITO” maksymalnie do 4 dni roboczych daty złożenia zamówienia, zgodnie z deklaracją Wykonawcy w treści oferty?  
**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na realizację przedmiotu zamówienia wg załączonego do oferty harmonogramu na dany rok**
2. Prosimy o podanie nazwy i producenta wirówki do mikrometody żelowej, którą Zamawiający posiada na własność?  
**Odp. Zamawiający jest właścicielem wirówki do mikrometody żelowej firmy DIA-HEM. Jest to ID-Certrifuge 6S DiaMed-ID Micro Typing System**
3. Prosimy o podanie nazwy i producenta dotychczas użytkowanego przez Zamawiającego oprogramowania służącego do zarządzania gospodarką preparatami krwi, z którego ma być przeniesiona baza danych?  
**Odp. Oprogramowanie służące do zarządzania gospodarką preparatami krwi „Zarządzanie Danymi Laboratorium Transfuzjologiczne i Bank Krwi Delphyn”**
4. W związku z wymogiem analizatora posiadającego „Minimum 18 pozycji odczynnikowych” prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza analizator, w którym możliwe jest umieszczenie 16 odczynników i 2 diluentów, czyli odczynników służących do przygotowywania odpowiednich zawiesin?  
**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**
5. Czy Zamawiający dopuści analizator zapewniający odczyt wyników bazujący na analizie morfologicznej przeprowadzonej na podstawie interpretacji archiwizowanych wyników w postaci monochromatycznych czarno-białych obrazów?  
**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

6. Prosimy o doprecyzowanie i potwierdzenie, że w opisie pkt 15 parametrów granicznych (zał. nr 3 do SIWZ) wkradła się omyłka pisarska i we wskazanym profilu karty brakuje odczynnika anty-DVI+ i tym samym właściwy opis winien brzmieć: „Karta do grupy krwi o profilu: A-B-DVI+,DVI-/A1,B na jednej karcie”, która winna zostać wyceniona w poz. 1 formularza asortymentowo-cenowego (zał. nr 4 do SIWZ)?

**Odp. Zamawiający potwierdza. Właściwy zapis powinien brzmieć „Karta do grupy krwi o profilu: A-B-DVI+,DVI-/A1,B na jednej karcie”**

7. Prosimy o doprecyzowanie czy w poz. 12 formularza asortymentowo-cenowego (zał. nr 4 do SIWZ), zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zamawiający wymaga zaoferowania 4 zestawów na rok do zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości czyli 1 zestaw na kwartał, czy też wymaga zaoferowania tylko 1 zestawu na 12 m-cy?

**Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania 4 zestawów na rok do zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości, czyli 1 zestaw na kwartał.**

Zamawiający wymaga rozszerzenia Załącznika nr 4 (asortymentowo-cenowego) o wiersze dotyczące dzierżawy analizatora, inkubatora oraz oprogramowania służącego do zarządzania gospodarką preparatami krwi.

*Jołanta Krawiec*  
KIEROWNIK DZIAŁU  
DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ  
*Jołanta Krawiec*  
mgr Jołanta Krawiec