

**SP ZOZ SZPITAL POWIATOWY
IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO W OPOCZNE
26-300 Opoczno, ul. Partyzantów 30**

Dyrekcja: 0447544804
Fax: 0447544822
e - mail: zamowienia2@szpitalopoczno.pl

Opoczno, dn. 19.09.2018r.

WYKONAWCY

dot. Dostawa wyrobów z włókniny w podziale na zadania dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

znak sprawy 20/2018

Poniżej przedstawiamy pytania potencjalnych oferentów i odpowiedzi Zamawiającego

Pytanie - Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 3 poz. 5 i dopuści:
Ręczniki niejałowe do rąk wykonane z włókniny o gramaturze 70g/m², 34x40cm pakowane w rolce po 300szt. (dobrze wchłaniające), nadają się do sterylizacji metodą radiacji i parową.

ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

lub

Pytanie - Ręczniki niejałowe do rąk wykonane z włókniny o gramaturze 70g/m², 30x34cm pakowane w rolce po 100szt. (dobrze wchłaniające), nadają się do sterylizacji metodą radiacji i parową.
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie - Pytanie dotyczy zad. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych o składzie i parametrach jak poniżej:

Jednorazowy jałowy uniwersalny fartuch operacyjny, pełnobarierowy, wykonany z włókniny SMMMS, pięciowarstwowy, posiadający miękkie poliestrowe mankiety (min. 7cm) nie powodujące ucisku na skórę, poczwórny szew na szerokich rękawach typu raglan, zapewniających swobodę ruchów.

Fartuch o gramaturze 35g/m², przy szyi zapinany na rzep, w pasie wiązany na trok.

Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem.

Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora.

Odporność na przenikanie cieczy > 40cm H₂O

Odporność na rozerwanie na sucho 140kPa

Odporność na rozerwanie na mokro 140kPa

Pakowany razem z 2 rękawkami 30 x 40 cm

Zawinięty w serwetę z włókniny 60 x 60 cm

IB – 3,0 Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Pakowanie: 1 sztuka w kopercie, 50 sztuk w kartonie zabezpieczonym od wewnątrz folią. Na opakowaniu minimum 2 repositionowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o importerze służące do archiwizacji danych. Rozmiar M,L,XL,XXL

ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie - Dotyczy pakiet nr 2, poz. 7- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka typu furazerka wykonanego z włókniny polipropylenowej. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

PRIORYTET
Wystało dnia 19 WRZ 2018
POLECONY
Do dnia

DYREKTOR
Edyta Wcisło
Edyta Wcisło

Pytanie - Dotyczy pakiet nr 2, poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek pakowanych w kartoniki bez podajnika. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie - Dotyczy treści SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, jeżeli wykonawca który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie - **Pakiet 1, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści jałowy fartuch wykonany z miękkiej włókniny typu SMS bądź SSMMS?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza fartuch wykonany z włókniny SMS lub SMMMS.

Pytanie - **Pakiet 1, poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści fartuch posiadający potrójny szew na szerokich rękawach?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.

Pytanie - **Pakiet 1, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści jałowy fartuch o właściwościach:

- odporność na rozerwanie na mokro 179,3 kPa

- IB – 4,49, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie - **Pakiet 1, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści jałowy fartuch o właściwościach:

- odporność na rozerwanie na sucho 227 kPa

- odporność na rozerwanie na mokro 225,6 kPa

- IB – 3,2, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.

Pytanie - **Pakiet 1, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści zamiast dyspensera z perforowanym brzegiem system podwójnego zabezpieczenia tj. wewnętrzna torba foliowa + karton zewnętrzny?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.

Pytanie - **Pakiet 2, poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze zielonym?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.

Pytanie - **Pakiet 2, poz. 2** - Czy zamawiający dopuści fartuch przedni wykonany z nieprzemakalnej folii PE o grubości 20µgm, rozmiar 71x116cm?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie - **Pakiet 2, poz. 1-3,6-7** – Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości .

Pytanie - **Pakiet 2, poz. 1,4-5,8** – Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości .

Pytanie - **Pakiet 2, poz. 6** – Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 10g/m2, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie - **Pakiet 2, poz. 9** – Czy Zamawiający dopuści wycenę za maski pakowane a'50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie - **Pakiet 2, poz. 10** - Czy zamawiający dopuści jednorazowy komplet chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m², w rozmiarze S-XXL?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

DYREKTOR

Edyta Wcisło

Pytanie - Pakiet 3, poz. 1 - Czy zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x90cm?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie - Pakiet 3, poz. 2-4,6 - Prosimy o dopuszczenie serwety dwuwarstwowej o gramaturze 40g/m², spełniającej wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013.

Obłożenia chirurgiczne i/lub wyroby medyczne, stosowane są m.in. w celu zapewnienia czystej mikrobiologicznej strefy roboczej wokół rany oraz w celu zmniejszenia przenoszenia flory bakteryjnej skóry pacjenta do rany. Wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013 w tym: odporność na przenikanie drobnoustrojów oraz odporność na penetrację cieczy na poziomie >100 cm H₂O, zapewniają wysokie bezpieczeństwo oraz ochronę pacjenta, jak również wpływają na zminimalizowanie zakażeń i infekcji. Chcemy nadmienić, że serwety dwuwarstwowe o gramaturze 40 g/m² wykonane są z wysokochłonnego polipropylenu typu spunlace oraz nieprzemakalnej folii polietylenowej, co także wpływa na barierowość przed przenikaniem mikroorganizmów oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla pacjenta. Nadzrędnym celem produkcji wyrobów medycznych jest wytwarzanie ich w taki sposób aby stosowanie ich nie zagrażało zdrowiu i bezpieczeństwu pacjentów. Ta dbałość została zachowana, gdyż mimo niższej gramatury serwety dwuwarstwowe 40g charakteryzują się podwyższonym poziomem wymagań użytkowych. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet dwuwarstwowych o gramaturze 40 g/m².

ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie - Pakiet 3, poz. 4 - Czy zamawiający dopuści serwety z centralnym regulowanym otworem 6cm x 8cm?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie - Pakiet 3, poz. 4 - Czy zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x50cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.

Pytanie - Pakiet 3, poz. 5 - Czy zamawiający dopuści ręcznik wykonany z włókniny spunlace w rozmiarze 40x40cm?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.

Pytanie - Pakiet 5, poz. 1 - Czy zamawiający dopuści prześcieradła o gramaturze 25g/m²?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie - Pakiet 5, poz. 2 - Czy zamawiający dopuści poszwę w rozmiarze 210x160cm wykonaną z włókniny o gramaturze 25g/m²?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie - Pakiet 5, poz. 3 - Czy zamawiający dopuści poszewkę w rozmiarze 60x80cm wykonaną z włókniny o gramaturze 25g/m²?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie - Pakiet 6, poz. 1 - Czy zamawiający osłonę na przewody w rozmiarze 14x250cm lub 16x250cm?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza rozmiar 16x250cm..

Pytanie - Pakiet 7, poz. 1 - Czy zamawiający dopuści jednorazowy podkład na stół operacyjny o wymiarach 80cm x 210cm wykonany z dwóch scalonych powłok: mocnego i super chłonnego rdzenia na całej długości, o szerokości 60cm i długości 200cm. Absorbacja 1500ml/m². Wkład chłonny zawiera superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150kg. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.Coli.

ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie - dotyczy Zadania nr 4 poz. 3

Prosimy o potwierdzenie, iż w zadaniu nr 4 poz. 3, w opisie asortymentu nastąpiła omyłka i dwukrotnie został wymieniony skład zestawu do artroskopii kolana i Zamawiający będzie wymagał zaoferowania zestawu o składzie:

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)

DYREKTOR

Edyta Wcisto

- 4 ręczniki do rąk – 100% celuloza
- 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
- 1 elastyczna pończocha 22 x 75 cm wykonana z kratonu
- 1 serweta (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta) do artroskopii z torebką na płyny 230 x 320 cm (torba na płyny trójkątna o wymiarach 105x90cm) i z 2 elastycznymi otworami o średnicy 5cm + filtr i port do odsysania
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

ODPOWIEDŹ – Tak wystąpiła omyłka i dwukrotnie został wymieniony skład zestawu do artroskopii kolana (patrz załącznik 4 zadanie 4 poz 3 po modyfikacji)

Pytanie - dotyczy Zadania nr 4 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego wzmocnionego, w którym serwety 75x90cm nie posiadają organizatorów przewodów?


ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.

Pytanie - dotyczy Zadania nr 4 poz.5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego z łatą chłonną, w którym serweta 180x180cm posiada większą łatę chłonną 15x50cm?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.

Pytanie -



dotyczy Zadania nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 6 osłony na przewody składanej teleskopowo o wymiarach 15x240cm , z perforowaną końcówką i 2 taśmami przyklepnymi i dodatkowym wewnętrznym opakowaniem foliowym.

ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.

Pytanie - Zadanie 1 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego, jałowego, uniwersalnego fartucha operacyjnego, pełnobarierowego, wykonanego z włókniny SMMMS, pięciowarstwowy, posiadający miękkie poliestrowe mankiety (min. 7cm) nie powodujące ucisku na skórę, potrójny szew na szerokich rękawach, zapewniających swobodę ruchów. Fartuch o gramaturze 35g/m², przy szyi zapinany na rzep, w pasie wiązany na trok. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem.

Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora.

Odporność na przenikanie cieczy > 40cm H₂O

Odporność na rozerwanie na sucho > 200kPa

Odporność na rozerwanie na mokro > 200kPa

IB – 6.0

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

Na opakowaniu 3 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. Rozmiar M,L,XL,XXL.

ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza-.

Pytanie - Zadanie 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch w opakowaniu pośrednim foliowym oraz kartonie transportowym z etykietą produktu?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

DYREKTOR


Pytanie - Zadanie 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze zielonym?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.

Pytanie - Zadanie 2 poz. 2

Czy Zamawiający ma na myśli fartuch o szerokości 87cm i długości 120cm?

ODPOWIEDŹ – Tak

Pytanie - Zadanie 2 poz. 5

Czy gramatura majtek ma wynosić min.35g/m²?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.

Pytanie - Zadanie 2 poz. 6

Czy zamawiający dopuści czepek w opakowaniu foliowym?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie - Zadanie 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe higieniczne podkłady ochronne bibułowo-foliowe, rolka 33cm/50mb perforacja co 50 cm z przeliczeniem zamawianych ilości ze 150 rolek a'25mb na 75 rolek a'50 mb, co w rezultacie da tożsamą liczbę metrów bieżących.

ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.

Pytanie - Zadanie 5 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 50cm (tj. 1cm węższy od wymaganego) przy zachowaniu pozostałych parametrów?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.

Pytanie - Zadanie 5 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 50cm (tj. 1cm węższy od wymaganego) i długości 50mb z przeliczeniem zamawianych ilości z 600 rolek a'40mb na 480 rolek a'50 mb, co w rezultacie da tożsamą liczbę metrów bieżących? Pozostałe wymagania bez zmian.

ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.

Pytanie - Zadanie 5 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe higieniczne podkłady ochronne bibułowo-foliowe, rolka 50cm/50mb perforacja co 50 cm z przeliczeniem zamawianych ilości z 600 rolek a'40mb na 480 rolek a'50 mb, co w rezultacie da tożsamą liczbę metrów bieżących.

ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.

Pytanie - Zadanie 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę o wymiarze 14cm x 250cm?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie - Zadanie 5 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści wyroby o gramaturze min. 20g/m²? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie - Zadanie 1

Poz. 1 - Czy można zaoferować jednorazowy jałowy uniwersalny fartuch operacyjny, pełnobarierowy wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m², rękaw zakończony niepylącym mankietem poliestrowym o długości min. 7cm, rękawy typu reglan, szwy szyte metodą ultradźwiękową, zapięcie pod szyją na rzep, kartonik do podtrzymania troków pozwalający na zawiązanie fartucha najpierw na „brudno”, a następnie na „czysto”, złożenie w sposób „book folded” ułatwiający samodzielne założenie fartucha przez chirurga w sposób aseptyczny, sterylizacja parą wodną. Odporność na przenikanie cieczy min 49 cm H₂O, paroprzepuszczalność na poziomie 4485 g/m²/24h IB - 3,0. Wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne na sucho 78N, wytrzymałość na rozciąganie na sucho poprzeczne 43N. Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa, zawiera dużą, czytelną etykietę z kodem kreskowym z 4 etykietami typu TAG, zawierającymi: indeks, numer serii, LOT, służącymi do prowadzenia dokumentacji medycznej. Po wyjęciu z opakowania na

DYREKTOR

Edyta Wcisło

fartuchu widoczna pieczęć z oznaczeniem rozmiaru, rodzajem fartucha, poziomem zabezpieczenia oraz normą EN 13795. Po odklejeniu TAG-ów etykieta główna pozostaje na opakowaniu. Fartuch zapakowany z torebką papierowo-foliową, a także gruby i bezpieczny karton transportowy. Rozmiar fartucha: M; L; XL; XXL.

ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.

Pytanie - Zadanie 2

Poz 2. Czy Zamawiający wymaga karty danych technicznych, potwierdzającej gramaturę 43 g/m²?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.

Pytanie - Zadanie 2

Poz 5. Czy Zamawiający wymaga min. gramatury majtek włókninowych 35 g/m²

ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.

Pytanie - Zadanie 2

Poz 10. Czy należy zaoferować niejałowy komplet wykonany z miękkiej antystatycznej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 45g/m², składający się z bluzy i spodni. Bluza z krótkim rękawem, pod szyją wykończona w szpic i obszyta lamówką z identycznej włókniny jak cały komplet w celu braku podrażnienia. Bluza z 3 kieszeniami. Na dole bluzy zaokrąglone brzegi i rozcięcia, dzięki którym bluza nie krępuje ruchów i dobrze dopasowuje się do sylwetki. Spodnie luźne, krój prosty bez ściągaczy i podszycia, z wdzianą tasiemką do regulacji obwodu w pasie. Komplet w rozmiarach w XS-XXXL z oznaczeniem rozmiaru na metce w bluzie i spodniach. Zgodny w pełnym zakresie z normą PN EN 13795 i wykonany z materiału niepalnego - I klasa palności wg 16 CFR 1610, paroprzepuszczalność min. 4531 g/m²/24h, odporność na przenikanie cieczy 23 cmH₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho powyżej 40 kPa - potwierdzenie kartą danych technicznych. Komplet (bluza+spodnie) pakowane razem w opakowanie foliowe z etykietą zawierającą co najmniej nazwę wyrobu, numer katalogowy, nazwę wytwórcy w celu dokładnej identyfikacji wyrobu.

ODPOWIEDŹ – Należy zaoferować.

Pytanie - Zadanie 3

Poz 5. Czy można zaoferować rękawice jałowe do rąk o rozmiarze 30x30cm?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.

Pytanie - Zadanie 3

Poz 6. Czy można zaoferować serwetę w rozmiarze 90x75cm, wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.

Pytanie - Zadanie 5

Poz 3. Czy można zaoferować poszewkę niesterylną o rozmiarze 75x90cm? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.

Pytania dot. treści umowy

1. Czy bieg terminu dostawy, reklamacji ma przypadać w dni robocze czyli od poniedziałku do piątku?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy-projekt.

2. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kary w wysokości 10% od odstąpienia umowy z winy Wykonawcy naliczane były od wartości niezrealizowanej umowy?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy-projekt.

4. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych

DYREKTOR

Edyta Wcisło

przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy-projekt.

Pytanie - Zadanie 2 pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartuchów foliowych grubość 18 mikronów o wymiarach 75x125 cm?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie - Zadanie 2 pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie spodenek o gramaturze 28 g/m kw?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie - Zadanie 2 pozycja 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompletów o gramaturze 40 g/mkw. ?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie - Zadanie 7 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie podkładów higienicznych o wymiarach 100 x 220 cm, udźwąg 150 kg / 1 min, wchłanianość 4.500 ml, bez dodatkowego prześcieradła w zestawie?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie - Zadanie 2, poz. 1

Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie - Zadanie 2, poz. 1

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m², długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza .

Pytanie - Zadanie 2, poz. 1

Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.

Pytanie - Zadanie 2, poz. 3

Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie - Zadanie 2, poz. 6,7

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie - Zadanie 2, poz. 6,7

Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

DYREKTOR

Edyta Wcisło

Pytanie - Zadanie 2, poz. 7

Czy zamawiający dopuści czepek typu furazerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że będzie zapakowane op. w karton typu dispenser.

Pytanie - Zadanie 2, poz. 9

Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie - Zadanie 2, poz. 1,3,6,7,9

Prosimy o wydzielenie poz. 1,3,6,7,9 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie - Zadanie 2, poz. 1

Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że będzie zapakowane op. w karton typu dispenser.

Pytanie - Zadanie 2, poz. 1

Czy zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze 25 g/m²?

ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ

Pytanie - Zadanie 2 poz. 4

Czy zamawiający dopuści podkład 33 cm szerokości x 40 cm perforacja, 50 sztuk blistrów na rolce, pozostałe wymagania bez zmian?

ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ

Pytanie - Zadanie 2, poz.5

Czy zamawiający dopuści podkład na rolce, gofrowany, wykonany z warstwy celulozy i folii, o szerokości 50 cm x długość rolki 50 mb, perforacja co 50 cm, celuloza o gramaturze – 1 x 18 g/m², natomiast folia PE - grubość 1 x 0,015-0,017 mm?

ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ

Pytanie - Zadanie 2, poz.5

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 40 m, z perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze 54 g/m²?

ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ

Pytanie - Zadanie 2, poz. 2-3

Prosimy o wydzielenie poz.2-3 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

DYREKTOR

Edyta Wcisło