



SP ZOZ Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie

26-300 Opoczno, ul. Partyzantów 30

tel. 44 754 48 04 / fax 44 754 48 06

www.szpitalopoczno.pl e-mail: sekretariat@szpitalopoczno.pl

e-mail: ulawalczak@szpitalopoczno.pl

Nasz znak: DZP/230/134/2019

Opoczno, dn. 03.10.2019r.

dot: Dostawa odczynników, krwinek wzorcowych do wykonania badań z zakresu serologii grupy krwi metodą manualną dla potrzeb SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie
znak sprawy 25/2019

Poniżej przedstawiamy pytania potencjalnych oferentów i odpowiedzi Zamawiającego

Pytanie 1 – Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego, poz. 18 i 19

Czy Zamawiający zgodzi się na podpisanie wraz z umową harmonogramu dostaw krwinek, który ułatwi realizację zawartej umowy, ze szczególnym wskazaniem na fakt specyficznego ich cyklu produkcyjnego?
Projekt harmonogramu zobowiązuje się przedłożyć Wykonawca.

Krwinki produkowane są z krwi pozyskiwanej od dawców. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dawcy o odpowiednich fenotypach mogą oddać krew tylko 6 razy w roku pod warunkiem, że przejdą pozytywnie badania wymagane w Banku Krwi. Zatem pozyskanie dawców i cykl pobrań narzuca wytwórcą krwinek wykorzystywanych do badań in vitro reżim produkcji w równych odstępach comiesięcznych. Ponadto termin ważności produktu wynosi od 5 do 6 tygodni. Kalkulacja potencjalnie 1 dostawy w miesiącu z wyłączeniem dostaw na cito pozwoli złożyć Wykonawcy korzystniejszą ofertę cenowo, a zważywszy, że laboratorium Zamawiającego jest zarządzane przez doświadczoną kadrę nie zachwieje powyższe działanie pracą diagnostów.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2 – Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego, poz. 15 i 17 i 18

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania odczynników Liss płynny i PBS z temperaturą przechowywania od +2°C do +30°C?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 – Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego, poz. 16

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania odczynnika standard anty-D stabilnego po otwarciu buteleczki do końca okresu ważności odczynnika podanego przez producenta tj. min 18 miesięcy?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 5 – Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego, poz. 19 i 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania krwinek wzorcowych w poz. 19 w zestawach 3x5ml w ilości 64 zestawów i w poz. 20 w zestawach 3x5ml w ilości 88 zestawów przez okres trwania umowy tj. 24 miesiące?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6 -Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego, poz. 7,8,10,11,12

Czy w pozycjach 7,8,10,11,12 (odczynniki monoklonalne anty-C,c,E,e,Kel) można zaoferować odcynniki o pojemnościach 5 ml w ilości 2 szt ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7 -Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego, poz. 14

Czy Zamawiający wymaga surowicy poliwalentnej płynnej zabarwionej na zielono zgodnie ze standardami?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przez Wykonawcę odczynników monoklonalnych w poz. 7, 8, 10, 11 i 12 w buteleczkach o poj. 5 ml w ilości dwóch opakowań?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przez Wykonawcę w poz. 17 odczynnika PBS w butelkach o pojemności 500 ml?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.


DYREKTOR
SP ZOZ Szpitala Powiatowego
im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Edyta Wcisio