

Opoczno, dnia 12.03.2026 r.

Znak sprawy DZP i PF.ZO.1.2026

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

SP ZOZ Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie, ul. Partyzantów 30, 26-300 Opoczno, jako Zamawiający przekazuje treść zapytań, jakie wpłynęły do treści niniejszego zapytania wraz z wyjaśnieniami:

1. Zadanie 4. Strzygarki chirurgiczne i ostrza.

Poz.1

Strzygarka chirurgiczna: Strzygarka służąca do usuwania owłosienia przed zabiegami operacyjnymi bez możliwości zacięcia skóry, lekka, ergonomiczna, wyposażona w trzyzakresową, obrotową głowicę (kąąt 00, kąąt 450 w lewo, kąąt 450 w prawo), do stosowania na mokro i sucho.

Czas ładowania strzygarki: maksimum 120 minut. Strzygarka wyposażona w wyświetlacz cyfrowy LED sygnalizujący stopień naładowania baterii, oraz antypoślizgowy, ergonomiczny uchwyt zapobiegający obrażeniom w wyniku wyslizgnięcia się strzygarki. Wysoko wydajna bateria Li-ion.

Czas pracy strzygarki: 150 minut W komplecie ładowarka z możliwością postawienia na biurku lub przymocowania do powierzchni pionowych, ładowanie kontaktowe.

Strzygarka z możliwością mycia pod bieżącą wodą oraz możliwością dezynfekcji zanurzeniowej (klasa szczelności IPX7).

Niski poziom hałasu: max 60dB

Strzygarka kompatybilna 3 rodzajami ostrzy: uniwersalnymi przeznaczonymi do usuwania owłosienia z całego ciała, z ostrzami typu neuro do usuwania gęstego owłosienia i ostrzami przeznaczonych do miejsc wrażliwych.

Bezkontaktowy i higieniczny montaż ostrza na głowicy, zdejmowanie ostrza tnącego jedną ręką

Konstrukcja strzygarki uniemożliwiająca uszkodzenie skóry – brak kontaktu ostrzy z powierzchnią skóry

Waga strzygarki: 132g (bez ostrzy), 142g (z ostrzami)

Wymiary strzygarki (z założonym ostrzem): 158x46.5x40.5mm

Wysokość strzyżenia: 0,3 mm

Instrukcja obsługi w języku polskim.

Zarejestrowana jako wyrób medyczny

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie strzygarki ładowanej kontaktowo.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do ZO tj. Asortymentowo-cenowym.

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych o szerokości ostrza 36 mm, kompatybilnych z zaproponowaną strzyżarką. Konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry, ostrza są wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do ZO tj. Asortymentowo-cenowym.

2. Do umowy: Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. „Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

„Dostawa drobnego sprzętu medycznego, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów na Blok Operacyjny w podziale na zadania asortymentowe dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie”

3. Zadanie 6, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści spódniczkę o dł. 50 cm i szerokości (w stanie rozciągniętym 150 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Zadanie 6, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op. a'10 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

5. Dotyczy zadania nr 8 - Czy w opisie poz. 1 nie doszło do omyłki pisarskiej i winno być Dren płuczący PC?

Odpowiedź: Tak doszło do omyłki pisarskiej, w poz. 1 chodzi o Dren płuczący PC.

6. Zadanie 5 - Czy zamawiający dopuści:

- marker wraz z elastyczną i wodoodporną linijką o skali do 15 cm: dwustronna

- na markerze dodatkowa skala w kolorze czarnym z możliwością pomiaru do 6 cm; usuwalny środkiem na bazie alkoholu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2 up.
Pielęgniarka Naczelna
Hanna Firlej