

Znak sprawy DZP i PF.ZO.1.2026

Opoczno, dnia 11.03.2026 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

SP ZOZ Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie, ul. Partyzantów 30, 26-300 Opoczno, jako Zamawiający przekazuje treść zapytań, jakie wpłynęły do treści niniejszego zapytania wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w zadaniu 4 pozycja 1 alternatywnie: "Strzygarki chirurgicznej, bezprzewodowej, z nieruchomą głowicą, wodoodpornej - (klasa szczelności IPX7) z możliwością dezynfekcji za pomocą wilgotnej ściereczki zawierającej środek dezynfekcyjny, możliwość przemycia strzygarki pod bieżącą wodą lub namoczenia w łaźni wodnej. Strzygarka dostępna z co najmniej 3 różnymi typami kompatybilnych ostrzy jednorazowych. Typ akumulatora Litowo-jonowy 680 mAh. Czas pracy strzygarki na w pełni naładowanej baterii min 97 min."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w zadaniu 4 pozycja 2 alternatywnie: "Ostrza uniwersalne jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem, uniwersalne. Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, uniwersalne, szerokość ostrza tnącego 31,5 mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące nie ma kontaktu ze skórą pacjenta. Wydajność golenia - 12 000 włosów na sekundę. Pakowane pojedynczo w blister następnie po 50 sztuk w opakowanie zbiorcze.

Kompatybilne ze strzygarką z pozycji 1."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. **Pakiet nr 7, poz. 1** Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, czy chodzi o 2 sztuki czy opakowania? Jeśli Zamawiający wymaga opakowań, czy mógłby doprecyzować oczekiwaną ilość sztuk w opakowaniu pętli laparoskopowych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 2 opakowania (12 szt. w opakowaniu).

4. **Pakiet nr 7, poz. 1** Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie opakowań po 12 sztuk i odpowiednie przeliczenie w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie tj. 12 sztuk w 1 opakowaniu.

DYREKTOR
SP ZOZ Szpitala Powiatowego
im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Magdalena Kaszewska