



**SP ZOZ SZPITAL POWIATOWY
IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO W OPCZNIE**

26-300 Opoczno, ul. Partyzantów 30
Sekretariat Dyrekcji : tel 0 44 754 48 04 / fax 0 44 754 48 06
<http://www.szpitalopoczno.pl> e-mail: sekretariat@szpitalopoczno.pl

CERTYFIKAT ISO 9001:2008 nr 321107102/3

Dyrekcja: 0447544804
Fax: 0447544822
e - mail: zamowieni3@szpitalopoczno.pl

Opoczno, dnia 23.05.2017r.

DTE 2310/ 73 /2017

INTERNET

dot: „Dostawa jednorazowych, sterylnych, atestowanych przez producenta, posiadających certyfikat CE zestawów wkładów przeznaczonych do stosowania ze wstrzykiwaczem MEDRAT STELLANT CT Dual, dla Działu Diagnostyki Obrazowej dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie”, zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004r.

Znak sprawy : 13/2017

Zamawiający przedstawia pytania potencjalnych oferentów i odpowiedzi Zamawiającego

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na przeznaczone do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Stellant CT Dual, atestowane przez wytwórcę, wolne od ftalanów, jednorazowe, sterylne zestawy o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI, składające się z dwóch oddzielnie pakowanych kompletów, w tym:

zestaw (komplet) A, w skład którego wchodzi elementy, jak:

- 1 x wkład o pojemności 200 ml
- złącze szybkiego napełniania typu „J”
- 1 x łącznik niskociśnieniowy o długości 150 cm wyposażony w jedną zastawkę antyzwrotną oraz w trójnik T lub Y, gdzie długość ramion takiego trójnika jest różna i wynosi odpowiednio +/- 10 cm (dla odgałęzienia po stronie kontrastu) i +/- 25 cm (dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl)?

zestaw (komplet) B, w skład którego wchodzi elementy, jak:

- 1 x wkład o pojemności 200 ml
- złącze szybkiego napełniania typu „J”
- 1 x ostrze typu „Spike”?
-

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Sporządził: Krzysztof Drabik

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
[Signature]
lek. Krzysztof Witek