

*ęgnie in, lare dla
Szpitala.*



SP ZOZ Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opcznie

26-300 Opczno, ul. Partyzantów 30

tel. 44 754 48 04 / fax 44 754 48 06

www.szpitalopoczno.pl e-mail: sekretariat@szpitalopoczno.pl

e - mail: ulawalczak@szpitalopoczno.pl

Nasz znak: DZP/230/31/2020

Opczno, dn. 25.05.2020 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dot. Dostawa materiałów opatrunkowych i siatek chirurgicznych w podziale na zadania dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opcznie

Poniżej przedstawiamy pytania potencjalnych oferentów oraz odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu 8 w poz. 1 siatki przepuklinowej o grubości włókna 0,5 mm, reszta parametrów zgodnie z SIWZ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 8 poz. 1 do osobnego pakietu co umożliwiłoby złożenie korzystniejszej oferty?

Odp. Nie

Zadanie 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak, dopuści

Zadanie 4, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści gazę bawełnianą jałową w opakowaniu folia-papier?

Odp. Tak, dopuści

Zadanie 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opaski podgipsowe pakowane a'12sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak, dopuści

Zadanie 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opaski podgipsowe pakowane a'6sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak, dopuści

Zadanie 9, pozycja 3-4

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6minut, nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?

Odp. Tak, dopuści

Zadanie 9, pozycja 3-4

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a'1szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak, dopuści

Zadanie 10 poz.2

Czy Zamawiający dopuści Wchłaniałna gaza hemostatyczna,jałowa,100% utleniona regenerowana

celuloza posiadająca budowę ułożonej warstwowo włókniny 10 warstw udowodnionych właściwościach bakteriobójczych hamujących rozwój MRSA i MRSE i wykazująca się pH o wartościach 2,2-4,5 o wymiarze 2,5cm x 5cm-5,1cm

Odp. Tak, dopuści

Pytania do Umowy: Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów:

Siła Wyższa

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.
5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Odp. Patrz umowa- projekt po zmianach

Pytanie do umowy: Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów:

- 1) Z uwagi na postępującą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi ograniczeniami w produkcji m. in. wyrobów medycznych oraz drastycznymi utrudnieniami w transporcie i logistyce, czego na etapie prowadzenia postępowania przetargowego Strony nie były w stanie przewidzieć, istnieje realne ryzyko, że określony w umowie termin realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości określenia orientacyjnego terminu zakończenia/ustania obecnej sytuacji,
- 2) Strony ustaliły, że celem zapewnienia realizacji umowy nr zasadnym jest czasowe odstąpienia przez Strony od sztywnego respektowania terminów realizacji dostaw częściowych określonych w Umowie oraz konieczności naliczania kar umownych w przypadku niedotrzymania tych terminów.

Odp. Nie, patrz umowa-projekt po zmianach

Zadanie 11 poz.1, 2

Czy Zamawiający dopuści częściowo wchłanianą siatką chirurgiczną zbudowaną w 50% z włókien polipropylenowych (część niewchłanianą) oraz w 50% z kopolimeru kwasu poliglikolowego i polikaprolaktonu PGA-PCL (część wchłanianą). Siatka może być stosowana zarówno do operacji klasycznych jak i laparoskopowych. Siatkę można łatwo przyciąć do odpowiedniego kształtu i rozmiaru. Czas wchłaniania części rozpuszczalnej wynosi ok. 84 dni.

Odp. Zamawiający nie dopuści

Zadanie 11 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 15x20cm lub 15x30cm lub 30x30cm?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 1 - dotyczy Zadania nr 5:Zgodnie z zasadą zachowania uczciwej konkurencji i równego

traktowania wykonawców sformułowaną w art. 7 ust. 1 ustawy, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaferowania w przedmiotowym zadaniu proszku hemostatycznego równoważnego o niegorszym działaniu terapeutycznym wykonanego w 100% z komponentów roślinnych (utleniona celuloza 2g) o niskiej zawartości endotoksyn poniżej 2.15UE/opakowanie, wspomagający tamowanie krwawień w trakcie zabiegów chirurgicznych, do wyboru bez aplikatora lub z aplikatorem 12 lub aplikatorem laparoskopowym min. 40.

Odp. Tak, dopuści

Pytanie 2 - dotyczy Zadania nr 10 poz. 1: Zgodnie z zasadą zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców sformułowaną w art. 7 ust. 1 ustawy, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaferowania w przedmiotowym zadaniu wchłanianego hemostatycznego równoważnego o niegorszym działaniu terapeutycznym- wchłanianej gazy wykonanej w 100% z utlenionej celulozy posiadający właściwości antybakteryjne, sterylizowanej promieniami gamma, minimalizującej ryzyko otorbienia, całkowicie biodegradowalne w organizmie w przeciągu 4 tygodni, możliwość przeszywania. Gotowy do użycia na sucho. Rozmiar 5x7 cm.

Odp. Tak, dopuści

Pytanie 3 - dotyczy Zadania nr 10 poz. 2: Zgodnie z zasadą zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców sformułowaną w art. 7 ust. 1 ustawy, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaferowania w przedmiotowym zadaniu wchłanianego hemostatycznego równoważnego o niegorszym działaniu terapeutycznym - wchłanianej gazy wykonanej w 100% z utlenionej celulozy posiadający właściwości antybakteryjne, sterylizowanej promieniami gamma, minimalizującej ryzyko otorbienia, całkowicie biodegradowalne w organizmie w przeciągu 4 tygodni, możliwość przeszywania. Gotowy do użycia na sucho. Rozmiar 5x1,25 cm.

Odp. Tak, dopuści

Zadanie 3 poz.1-5

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie 3 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra do mocowania kaniul, samoprzylepnego, włókninowego. O zaokrąglonych brzegach, posiada rozcięcie wzdłuż środka, na końcu rozcięcia znajduje się miękki gazik, plaster pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym, sterylny, nie zawiera lateksu, bez dodatkowej podkładki, rozmiar 6x8cm.

Odp. Zamawiający dopuści

Zadanie 3 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w plastrów pakowanych po 100szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odp. Zamawiający dopuści

Zadanie 3 poz.4,5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie chirurgicznych opatrunków samoprzylepnych, włókninowych, z zaokrąglonymi brzegami, wkład chłonny umieszczony centralnie, absorbuje wysięk, pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym, rozmiary 10x10cm, 10x20cm.

Odp. Zamawiający nie dopuści

Zadanie 3 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10x10cm pakowanego po 10szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odp. Zamawiający nie dopuści.

Zadanie 3 poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10x20cm pakowanego po 25szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odp. Zamawiający dopuści.

Zadanie 3 poz.8

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Zadanie 3 poz.8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie transparentnego opatrunku poliuretanowego z ramką pozwalającą zapisać datę umieszczenia opatrunku, pokrytego hipoalergicznym klejem akrylowym, wzmocniony dodatkowo włókniną, rozmiar 9x11cm, klasa IIa, opakowanie-papier klasy medycznej.

Odp. Zamawiający dopuści

Zadanie 3 poz.8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w opatrunku pakowanego po 100szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odp. Tak, Zamawiający dopuści

Pakiet 3 poz.1

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

ZADANIE NR 3

1. **Poz. nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania plastrów w rozmiarze 6 x 8 cm?

Odp. Zamawiający dopuści

2. **Poz. nr 2-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania plastrów na tkaninie wiskozowej?

Odp. Zamawiający nie dopuści

3. **Poz. nr 4-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opatrunku włókninowego pakowanego w opakowanie a' 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuści.

4. **Poz. nr 8-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opatrunku samoprzylepnego z folii poliuretanowej w rozmiarze 7 x 9 cm z wcięciem, dodatkowo wzmocniony włókniną, umożliwiającego stałą kontrolę miejsca wkłucia bez konieczności zdejmowania opatrunku, posiadającego zaokrąglone brzegi, które zapobiegają odklejaniu się opatrunku, bez dodatkowej podkładki oraz bez taśmy do opisu, pakowanego w opakowanie papierowo-foliowe?

Odp. Zamawiający dopuści

ZADANIE NR 4

5. **Poz. nr 1-2-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania gazy bawełnianej pakowanej w opakowanie papierowo-foliowe?

Odp. Zamawiający dopuści

6. **Poz. nr 6-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opaski elastycznej o długości

5 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuści

ZADANIE NR 6

7. **Poz. nr 1-2-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku do ran wymagających aktywnego leczenia aktywowanego płynem Ringera w procesie produkcji z możliwością pozostawienia na ranie do 72 godzin z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Pragniemy nadmienić, iż opatrunek TenderWet 24 został wycofany z produkcji.

Odp. Zamawiający dopuści

8. **Poz. nr 2-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 7,5 x 7,5 cm?

Odp. Zamawiający dopuści

ZAPISY SIWZ

PROJEKT UMOWY

9. **§ 6, ust. 2-** - wnosimy o zmianę zapisów umowy poprzez wprowadzenie nowego paragrafu regulującego skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizację obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane brzmienie:

Siła Wyższa

- a) Strony umowy zgodnie z postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).
- b) Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.
- c) Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
- d) Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.
- e) W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje

w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Odp. Patrz umowa-projekt po zmianach

§ 8, ust. 1-4- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- §8 ust. 1 do kwoty 1% wartości wadliwego towaru,

Odp. Nie

- §8 ust. 2 do kwoty 1% wartości niedostarczonego towaru, bez naliczania maksymalnej wartości kary

Odp. Nie

- §8 ust. 3-4 do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części umowy

Odp. Tak, patrz umowa- projekt po zmianach

Zadanie 3 poz.8

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Zadanie 3 poz.8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie transparentnego opatrunku poliuretanowego z bez ramki , pokrytego hipoalergicznym klejem akrylowym, wzmocniony dodatkowo włókniną, rozmiar 9x11 cm, klasa IIa , opakowanie-papier klasy medycznej.

Odp. Zamawiający nie dopuści

Zadanie 3 poz.8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w opatrunku pakowanego po 100szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odp. Zamawiający nie dopuści

Zadanie 8

Poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnych siatek przepuklinowych, polipropylenowych, monofilamentowych, siatki o dwukierunkowej elastyczności umożliwiające przycinanie bez efektu strzępienia o wytrzymałości na rozzerwanie ok. 12 kg/cm², o wielkości porów 1,5-2 mm, grubość siatki 0,50 mm, gramatura 55g/m², rozmiar 6 x11cm?

Odp. Zamawiający dopuści.

Poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek light wykonanych ze 100% wytłaczanego polipropylenu, siatki o dwukierunkowej elastyczności, grubość 0,50 mm gramatura 55g/m², rozmiar 10 x15cm?

Odp. Zamawiający dopuści

Poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek kompozytowych, wewnątrztrzewnowych, wykonanych w 12% z polipropylenu od strony otrzewnej i w 88% z PVDF (polifluorek winylidenu) od strony trzewi. PVDF to materiał, który w porównaniu z polipropylem jest odporniejszy na starzenie ze względu na dużą stabilność włókna (nie obkurcza się i zachowuje pierwotną dynamometrię) , nie wywołuje odczynu zapalnego oraz struktura

otwartych porów umożliwia przerastanie, swobodny przepływ enzymów , nie tworzy się blizna, a siatka zostaje elastyczna, dzięki czemu pacjent nie odczuwa dyskomfortu i bólu pooperacyjnego. Siatki nie przylegające z możliwością bezpośredniego położenia na jelita, rozmiar 30 x30 cm?

Odp. Zamawiający dopuści.

Zadanie 11

Poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie elastycznej siatki separującej do przepuklin brzusznych i pooperacyjnych, makroporowatej, wykonanej w 12% z polipropylenu od strony otrzewnej i w 88% z PVDF (polifluorek winylidenu) od strony trzewi. PVDF to materiał, który w porównaniu z polipropylem jest odporniejszy na starzenie ze względu na dużą stabilność włókna (nie obkurcza się i zachowuje pierwotną dynamometrię) , nie wywołuje odczynu zapalnego oraz struktura otwartych porów umożliwia przerastanie, swobodny przepływ enzymów , nie tworzy się blizna, a siatka zostaje elastyczna, dzięki czemu pacjent nie odczuwa dyskomfortu i bólu pooperacyjnego. Siatka dodatkowo posiada marker orientacyjny do prawidłowej aplikacji, rozmiar 15x15cm?

Odp. Zamawiający dopuści

Poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie elastycznej siatki separującej do przepuklin brzusznych i pooperacyjnych, makroporowatej, wykonanej w 12% z polipropylenu od strony otrzewnej i w 88% z PVDF (polifluorek winylidenu) od strony trzewi. PVDF to materiał, który w porównaniu z polipropylem jest odporniejszy na starzenie ze względu na dużą stabilność włókna (nie obkurcza się i zachowuje pierwotną dynamometrię) , nie wywołuje odczynu zapalnego oraz struktura otwartych porów umożliwia przerastanie, swobodny przepływ enzymów , nie tworzy się blizna, a siatka zostaje elastyczna, dzięki czemu pacjent nie odczuwa dyskomfortu i bólu pooperacyjnego. Siatka dodatkowo posiada marker orientacyjny do prawidłowej aplikacji, rozmiar 20x30cm?

Odp. Zamawiający dopuści.

Zadanie 1, poz.1

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuści.

Zadanie 1, poz.1

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?

Odp. Zamawiający nie dopuści.

Zadanie 1, poz.1

Czy zamawiający dopuści gazę pakowaną w roli, co ułatwia jej przechowywanie, zmniejsza powierzchnię magazynowania oraz umożliwia w łatwy i higieniczny sposób pobranie potrzebnego odcinka?

Odp. Zamawiający dopuści.

Zadanie 1, poz. 2-3

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?

Odp. Zamawiający nie dopuści

Zadanie 1, poz. 2-3

Czy zamawiający dopuści kompresy o wykroju dla rozmiaru 5 cm x 5 cm – wykrój 9,5 cm x 18,5 cm; dla rozmiaru 7,5 cm x 7,5 cm – wykrój 14,5 cm x 28,5 cm; dla rozmiaru 10 cm x 10 cm – wykrój 19 cm x 38 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuści

Zadanie 1, poz. 12-14

Czy zamawiający dopuści kompresy o wykroju dla rozmiaru 5 cm x 5 cm – wykrój 9,5 cm x 18,5 cm; dla rozmiaru 7,5 cm x 7,5 cm – wykrój 14,5 cm x 28,5 cm; dla rozmiaru 10 cm x 10 cm – wykrój 19 cm x 38 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuści.

Zadanie 1, poz. 12-14

Czy Zamawiający oczekuje wycenę za 1 szt. = 1 opakowanie zawierające 25 mb siatki opatrunkowej w stanie rozciągniętym ?

Odp. Nie

Zadanie 1, poz. 22-23

Czy zamawiający dopuści kompresy włókninowe o gramaturze min. 30 g?

Odp. Zamawiający nie dopuści

Zadanie 1, poz. 22-23

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?

Odp. Zamawiający nie dopuści

Zadanie 1, poz. 20-21

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów sterylizowanych metodami, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych w tym metodą EO?

Odp. Zamawiający dopuści.

Zadanie 1, poz. 20-21

Czy zamawiający dopuści opakowanie bez etykiety typu TAG?

Odp. Zamawiający nie dopuści

Zadanie 1, poz. 21

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie indywidualne, z przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuści.

Zadanie 1, poz. 1-3,14-14,22-23,

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-3,14-14,22-23 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści

finansowych?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Zadanie 1, poz. 20-21

Czy zamawiający wydzieli poz. 20-21 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Zadanie 3, poz. 1

Czy zamawiający wydzieli poz. 1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Zadanie 3, poz. 1

Czy zamawiający dopuści wymiar 6 cm x 8 cm?

Odp. Zamawiający dopuści.

Zadanie 3, poz. 1

Czy zamawiający dopuści plaster z zintegrowanym opatrunkiem chłonnym, bez luźnej podkładki?

Odp. Zamawiający nie dopuści.

Zadanie 4, poz. 6

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odp. Zamawiający dopuści.

Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem związanym z ryzykiem niemożliwości dostarczenia dokumentów do postępowań przetargowych w formie papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert na formę elektroniczną – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet nr 10

1. Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby wyroby hemostatyczne posiadały w instrukcji użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii? Potwierdzenie parametrów w instrukcji użytkowania jest istotne z tego względu, że treść instrukcji jest aprobowana przez jednostkę certyfikującą, która prowadzi nadzór nad produktem i przyznaje znak CE. Instrukcja stanowi również dokument, który obowiązkowo należy przedłożyć w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Odp. Zamawiający nie wymaga.

2. Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gaza hemostatyczna posiadała w instrukcji użytkowania potwierdzenia bakteriobójczości na szczepy MRSA, MRSE, VRE, PRSP, Ecoli oraz Klebsiella pneumoniae, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych? Potwierdzenie różnych rodzajów parametrów w instrukcji użytkowania jest istotne z tego względu, że treść instrukcji jest aprobowana przez jednostkę certyfikującą, która prowadzi nadzór nad produktem i przyznaje znak CE.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 10 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie gazy hemostatycznej w rozmiarze 2,6 x 5,1cm. Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowanie produktu.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy zadanie nr 5 – środek hemostatyczny do laparoskopii

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie środka hemostatycznego z uniwersalnym cewnikiem do aplikacji preparatu hemostatycznego metodą laparoskopową o długości 38cm, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy postanowień SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, **który nie należy do żadnej grupy kapitałowej**, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z – postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w

tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

Odp. Zamawiający uzna za spełniony wymóg, jeśli Wykonawca przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Dotyczy projektu umowy § 8, ust. 1

Wnosimy o zmianę zapisu umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- §8 ust. 1 do kwoty 5% wartości niedostarczonej części zamówienia,

Odp. Nie, Patrz umowa-projekt po zmianach

Dotyczy projektu umowy § 8 ust. 2,3,4

Nawiązując do projektu umowy stanowiącej element SIWZ wnosimy do Zamawiającego o dokonanie zmiany w wielkości kar umownych do poziomu odsetek ustawowych (ust. 2) t.j do wysokości 0,1% oraz o zmianę brzmienia ww. paragrafu umowy ust. 3,4 tak aby kary umowne naliczane były od wartości netto niezrealizowanej umowy/dostawy, a nie od wartości umowy brutto.

Podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wystawionych faktur w miesiącu. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary naliczane były tylko od wartości netto nie wykonanego świadczenia.

Odp. Nie, Patrz umowa-projekt po zmianach

Dotyczy projektu umowy § 8 ust. 5

Wnosimy o modyfikację ww. zapisu na:

Jeżeli zwłoka w dostarczeniu towaru przekroczy 14 dni z winy Wykonawcy Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do natychmiastowego zrealizowania zamówienia.

Odp. Nie, Patrz umowa-projekt po zmianach

Pytanie 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 pozycja 1 pod pojęciem „Wchłanialna gaza hemostatyczna,jałowa,100% utleniona regenerowana lub nieregenerowana celuloza, tkana o udowodnionych właściwościach bakteriobójczych, hamujący rozwój MRSA oraz MRSE wykazująca się ph o wartości 2,2-4,5” rozumie i będzie wymagał gazę hemostatyczną z oksydowanej regenerowanej celulozy w formie luźno dzianej siatki, zawartość grupy karboksylowej 18–21%, pH 2,5–3,5 udokumentowane badaniem klinicznym IN VIVO, bakteriobójczość na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE – udokumentowana badaniem przedklinicznym IN VITRO i wpisana do instrukcji użytkowania, o wymiarze 5cm x 7,5cm?

Odp. Zamawiający dopuści

Pytanie 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 pozycja 2 pod pojęciem „Wchłanialna gaza hemostatyczna,jałowa,100% utleniona regenerowana lub nieregenerowana celuloza posiadająca budowę ułożonej warstwowo włókniny 6-7warstw udowodnionych właściwościach bakteriobójczych hamujących rozwój MRSA i MRSE i wykazująca się ph o wartościach 2,2-4,5” rozumie i będzie wymagał gazę hemostatyczną z oksydowanej regenerowanej celulozy w formie nieutkanej, mikrowłóknienkowej struktury dokładnie przylegającej do nieregularnych powierzchni, złożonej z 7 łatwo oddzielających się warstw, zawartość grupy karboksylowej 18–21%, pH 2,5–3,5 udokumentowane badaniem

klinicznym IN VIVO, bakteriobójczość na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE – udokumentowana badaniem przedklinicznym IN VITRO i wpisana do instrukcji użytkowania, o wymiarze 2,5cm x 5,1cm?

Odp. Zamawiający dopuści

Pytanie 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 11 pozycja 1 dopuści rozmiar 12cm x 15cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp. Zamawiający nie dopuści

Pytanie 4

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 11 pozycja 1 dopuści rozmiar 15cm x 20cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuści.

1. Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem związanym z brakiem możliwości dostarczenia dokumentów do postępowań przetargowych w formie papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert na formę elektroniczną – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ

Zadanie 1

Poz 6. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania pieluchomajtek dla osób z problemami nietrzymania moczu. Laminat oddychający (paroprzepuszczalny) w części centralnej pieluchomajtki, włóknina w obszarze bioder. Rozmiar M, (chłonność minimalna 2200g), włóknina wierzchnia dwufunkcyjna: hydrofilowohydrofobowa. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z antybakteryjnym superabsorbentem, wiążącym ciecz w żel z właściwością redukcji nieprzyjemnego zapachu. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Cztery przylepcorzepty do wielokrotnego mocowania. Falbanki z przędzą elastyczną, zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Klejowy indykator wilgotności w postaci dwóch żółtych pasków zaaplikowanych na warstwie zewnętrznej wzdłuż wkładu chłonnego. Przędza elastomerowa pozycjonowana w kroczu. Obwód pasa (75-110cm). Rozmiary minimalne: długość całkowita pieluchomajtki 830mm, szerokość 640mm. Masa 1 sztuki pieluchomajtki nie mniej niż 87g. Długość wkładu chłonnego górnego 400mm, dolnego 690mm, szerokość wkładu chłonnego: przód 260mm, środek 160mm, tył 260mm.

Odp. Tak

Zadanie 8

Poz 1. Czy można zaoferować sterylne siatki przepuklinowe niewchłaniające, polipropylenowe, monofilamentowe, niepowleczone związkami kwasu poliklikolowego/kaprolactonu(PGACL) o wielkości oczek 4 mm², grubość siatki 0,42mm o gramaturze 35 g/m²? Rozmiar zgodny z SIWZ.

Odp. Tak

Poz 2. Czy można zaoferować siatkę lekką ze 100% polipropylenu stabilizowanego termicznie o grubości 0,44mm i rozmiarze 10x16cm? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odp. Tak

Poz 3. Czy można zaoferować siatkę wewnątrztrzewnową, wykonaną ze 100% polipropylenu pokrytego warstwą tlenku tytanu? Rozmiar zgodny z wymaganiami SIWZ.

Odp. Tak

Zadanie 9

Poz 1, 2. Czy można zaoferować opaski z waty w opakowaniach x 12 sztuk? Ilości zostaną odpowiednio przeliczone.

Odp. Tak

Poz 3, 4. Czy można zaoferować opaski gipsowe nawinięte na plastikową rolkę z perforacją, mająco na celu szybsze namakanie opaski wodą? Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odp. Tak

Pytania do projektu umowy:

1. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odp. Tak

2. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej w par. 8 ust. 1 na „5% wartości wadliwego towaru, jeżeli wady nie zostaną usunięte w terminie określonym w § 7 ust. 5.”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej w par. 8 ust. 3 na 3. Na:
„W razie odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z winy Wykonawcy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% niezrealizowanej wartości umowy”?

Odp. Nie, patrz umowa po zmianach

Zadanie nr 8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie:

Poz. 2

Siatki wykonanej ze 100% polipropylenu prasowanego termicznie o kurczliwości 1% w rozmiarze

15x15 cm. Możliwość docinania siatki do wymaganego rozmiaru.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. 3

Siatki w rozmiarze 20x30 cm. Pozostałe parametry bez zmian

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra do mocowania wenflonów w rozmiarze 6x8 cm, pozostałe zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 3 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra w rozmiarze 2,5 cmx9,14 m z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 3 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku pakowanego po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 3 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku pakowanego po 40 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 3 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku przezroczystego z wodoodpornej folii PU ze skrzydełkami wzmocnionymi od wewnątrz włókniną do zabezpieczania kaniul dożylnych, z ramką oraz taśmą do opisu, z trójstopniowym systemem aplikacji, pokryty na całej powierzchni klejem akrylowym. Opakowanie papier-papier, I klasa sterylna, rozmiar 6x7 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza

DYREKTOR
SP ZOZ Szpitala Powiatowego
im. Edmunda Bierackiego w Opatowie
Krzysztof Fatalski

[Signature]
[Illegible text]

[Signature]
[Illegible text]

Spomocznica Uszula, Walczak