



SP ZOZ Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opcznie

26-300 Opczno, ul. Partyzantów 30

tel. 44 754 48 04 / fax 44 754 48 06

[www.szpitalopoczno.pl](http://www.szpitalopoczno.pl) e-mail: sekretariat@szpitalopoczno.pl

e - mail: [ulawalczak@szpitalopoczno.pl](mailto:ulawalczak@szpitalopoczno.pl)

Nasz znak: DZP/230/100/2019

Opczno, dn. 25.07.2019r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dot. Dostawa materiałów ortopedycznych w podziale na zadania asortymentowe, znak sprawy 22/2019

Poniżej przedstawiamy pytania potencjalnych oferentów oraz odpowiedzi Zamawiającego:

**Pytanie nr 1 do zadania nr 7, pozycja nr 4**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu nr 7, pozycja 4, śrub tytanowych, blokowanych o średnicy 1,5 mm w zakresie długości 4-20 mm, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Zadanie 1**

**POZ. 31-60** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie WKRETY HEKSAGONALNE DO KOŚCI KOROWEJ - Ø 4,5 Materiał stal

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**POZ. 61-84** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie WKRETY HEKSAGONALNE DO KOŚCI GĄBCZASTEJ - Ø 6, Materiał stal

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**POZ. 109-117** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie WKRETY HEKSAGONALNY SAMOGWINTUJĄCY KOSTKOWY Materiał stal

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Zadanie 2**

**POZ. 1-13** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie GWÓZDŹ RUSHA Ø 2,5 z zachowaniem pozostałych opisów zgodnie z SIWZ

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**POZ. 14-26** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie GWÓZDŹ RUSHA Ø 3,0 lub Ø 3,5 z zachowaniem pozostałych opisów zgodnie z SIWZ

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**POZ. 31-39** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie DRUT KIRSCHNERA ( OKRĄGLAKOŃCÓWKA) DŁUGOŚCI 310 MM Materiał stal, z zachowaniem pozostałych opisów zgodnie z SIWZ

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**POZ. 66** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie PŁYTKA KSZTAŁTOWA LEWA Materiał stal Długość 104 mm Otwory

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**POZ. 67** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie PŁYTKA KSZTAŁTOWA LEWA Materiał stal Długość 120 mm

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**



**POZ. 68** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie PŁYTKA KSZTAŁTOWA LEWA  
Materiał stal Długość 151 mm

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**POZ. 70** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie PŁYTKA KSZTAŁTOWA PRAWA  
Materiał stal Długość 104 mm

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**POZ. 71** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie PŁYTKA KSZTAŁTOWA PRAWA  
Materiał stal Długość 120 mm

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**POZ. 72** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie PŁYTKA KSZTAŁTOWA PRAWA  
Materiał stal Długość 151 mm

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**POZ. 22** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie WKRETY KANIULOWANE Ø 4,5  
Materiał stal, dł. wkrętu 44 mm

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**POZ. 24** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie WKRETY KANIULOWANE Ø 4,5  
Materiał stal, dł. wkrętu 54 mm

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**POZ. 26** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie WKRETY KANIULOWANE Ø 4,5  
Materiał stal, dł. wkrętu 64 mm

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**POZ. 28** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie WKRETY KANIULOWANE Ø 4,5  
Materiał stal, dł. wkrętu 74 mm

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**POZ. 29** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie WKRETY KANIULOWANE Ø 4,5  
Materiał stal, dł. wkrętu 74 mm

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

W związku z rozbieżnymi zapisami w formularzu Oferty i projekcie Umowy zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie których Zadań dotyczy wymóg utworzenia depozytu, oraz jaki jest minimalny i maksymalny termin dostawy w obydwu przypadkach – uzupełnienia depozytu i zamówienia nie objętego depozytem.

**Odp. Zamawiający wymaga utworzenia depozytu w zadaniach 5, 6, 8, 11, 15. Terminy dostaw – patrz umowa-projekt po modyfikacji.**

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie w którym miejscu formularza oferty należy określić termin dostawy który jest jednym z kryteriów oceny?

**Odp. Modyfikacja formularza oferty na stronie zamawiającego z dnia 19.07.2019**

Czy Zamawiający wymaga utworzenia banku implantów w zakresie Zadań 1, 2, 3, 4? Jeżeli tak zwracamy się z prośbą o odstąpienie od tego wymogu.

**Odp. Zamawiający nie wymaga**

Czy Zamawiający w **Zadaniu 2 poz. 68** dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 135 mm ilość otworów 2/7?

**Odp. Tak, dopuści**

Czy Zamawiający w **Zadaniu 2 poz. 72** dopuści możliwość zaoferowania płytki o ilości otworów 2/7?

**Odp. Tak, dopuści**

Czy Zamawiający w **Zadaniu 5 poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania płyt DHS o dł. od 48 do 144 mm ze skokiem co 16mm?

**Odp. Tak, dopuści**



Czy Zamawiający w **Zadaniu 5 poz. 3** dopuści zaoferowanie śruby zespalającej o dł. gwintu 22 mm zamiast 18 mm?

**Odp. Nie dopuści**

Czy Zamawiający w **Zadaniu 8** dopuści zaoferowanie płyt wykonanych wyłącznie z tytanu bezpiecznego dla rezonansu magnetycznego?

**Odp. Tak, dopuści**

Czy Zamawiający w **Zadaniu 8 poz. 3** dopuści zaoferowanie płyt o ilości otworów od 2 do 12 zamiast od 2 do 11?

**Odp. Tak, dopuści**

Czy Zamawiający w **Zadaniu 8 poz. 4** dopuści zaoferowanie płyty górnej o długości od 94 do 120 mm i ilości otworów od 6 do 8 zamiast o długości od 94 do 136 mm i ilości otworów od 6 do 8 na trzonie i 6 otworów w głowie?

**Odp. Nie dopuści**

Czy Zamawiający w **Zadaniu 8 poz. 5** dopuści zaoferowania płyty bez celownika do wprowadzania śrub w głowę kości ramiennej?

**Odp. Nie dopuści**

Czy Zamawiający w **Zadaniu 8 poz. 6** dopuści zaoferowanie płytek grzbietowych/dłoniowych do dalszej nasady kości promieniowej z otworami w głowie płyty blokowanymi wielokątowo z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od osi o 15 st. – wg własnych rozwiązań konstrukcyjnych (jedna płytka do zastosowani w blokowaniu stabilno lub zmiennie kątowym, co ogranicza wielkość depozytu), zamiast płyt z otworami w głowie zbudowanymi z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu. Dopuszcza to do udziału w postępowaniu większą liczbę wykonawców oraz umożliwi Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnych ofert.

**Odp. Nie dopuści**

Czy Zamawiający w **Zadaniu 8 poz. 6** dopuści zaoferowanie płytki dłoniowej dwukolumnowej: dł. od 2 do 4 otworów w trzonie i 6 do 7 otworów w głowie płytki, od 42 do 68 mm, prawe i lewe; płytki dłoniowej pozastawowej: dł. od 3 do 5 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, od 48 do 66 mm, prawe i lewe; płytka dłoniowa przystawowa: dł. 5 otworów w głowie płytki, 5 otworów w trzonie, dł. 57 mm, prawe i lewe?

**Odp. Nie dopuści**

Czy Zamawiający w **Zadaniu 8 poz. 8** dopuści zaoferowanie płytki o ilości otworów w głowie 5 zamiast 7?

**Odp. Nie dopuści**

Czy Zamawiający w **Zadaniu 8 poz. 9** dopuści zaoferowanie płytki o ilości otworów w głowie 6 zamiast 5?

**Odp. Nie dopuści**

Czy Zamawiający w **Zadaniu 8 poz. 11** dopuści zaoferowanie płytki do bliższego końca kości piszczelowej boczne o ilości otworów w trzonie od 4 do 16 zamiast od 5 do 16?

**Odp. Tak, dopuści**

Czy Zamawiający w **Zadaniu 8 poz. 18** dopuści zaoferowanie śrub o długości od 10 do 60 mm?

**Odp. Tak, dopuści**

Czy Zamawiający w **Zadaniu 8 poz. 19** dopuści zaoferowanie śrub o długości od 10 do 30 mm?

**Odp. Nie dopuści**

Czy Zamawiający w **Zadaniu 8 poz. 22** dopuści zaoferowanie śrub o długości od 10 do 30 mm?



**Odp. Nie dopuści**

Czy Zamawiający w **Zadaniu 8 poz.25, 27, 29** dopuści możliwość zaoferowania implantów barwionych jednym kolorem, natomiast w celu ułatwienia identyfikacji, trwale oznaczonych parametrami?

**Odp. Nie dopuści**

Czy Zamawiający w **Zadaniu 8 poz. 25 i 26** dopuści zaoferowanie gwoździ bez możliwości użycia śruby spiralnej?

**Odp. Nie dopuści**

Czy Zamawiający w **Zadaniu 8 poz. 25-28** dopuści zaoferowanie śrub blokujących z gniazdem sześciokątnym zamiast gwizdkowym?

**Odp. Zamawiający dopuści, jeśli oferent udostępni instrumentarium.**

Czy Zamawiający w **Zadaniu 8 poz. 29** dopuści zaoferowanie: Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny – wielopłaszczyznowy, blokowany wkrętami  $\varnothing$  4,5mm i  $\varnothing$  5 mm, uniwersalny do prawej i lewej kończyny, w części bliższej posiadający cztery otwory blokowane w trzech płaszczyznach (w tym dwa otwory gwintowane), kąt wygięcia gwoźdź 10 stopni w części proksymalnej i 4 stopnie w części dystalnej, długość w części proksymalnej (do zgięcia) do 55 mm, blokowanie części bliższej z jednego celownika, w składzie:

- gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoźdź zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe – wielopłaszczyznowy ( $\varnothing$  8-12 mm, dł. 180-400 mm),
- śruba zaślepiająca kaniulowana w długościach od 0 mm do 15 mm,
- śruba kompensacyjna
- wkręty blokujące do gwoździ śródszpikowych  $\varnothing$  4,5mm dł. 20-100mm, gniazd o sześciokątne (3 szt./kpl.)?

**Odp. Nie dopuści**

Czy Zamawiający w **Zadaniu 8 poz. 30** dopuści zaoferowanie płytek wyposażonych w otwory blokowane wielokątowo z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od osi o 15 st. – wg własnych rozwiązań konstrukcyjnych (jedna płytka do zastosowani w blokowaniu stabilno lub zmiennie kątowym, co ogranicza wielkość depozytu), zamiast płyt z otworami w głowie zbudowanymi z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu. Dopuści to do udziału w postępowaniu większą liczbę wykonawców oraz umożliwieni Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnych ofert.

**Odp. Nie dopuści**

Czy Zamawiający w **Zadaniu 8 poz. 30** dopuści zaoferowanie instrumentarium bez specjalnych narzędzi?

**Odp. Nie dopuści**

Czy Zamawiający w **Zadaniu 8 poz. 30** dopuści zaoferowanie płytki X w rozmiarach: 16x8 mm, 18x12 mm, 24x14 mm, 30x14 mm?

**Odp. Nie dopuści**

Czy Zamawiający w **Zadaniu 8 poz. 30** dopuści zaoferowanie płytki prostej rekonstrukcyjnej 3 i 4 otworowej o długości 54 i 64 mm?

**Odp. Nie dopuści**

Czy Zamawiający w **Zadaniu 8 poz. 30** dopuści zaoferowanie płytki T 2 i 4 otworowej o długości 35, 42 i 61 mm?

**Odp. Nie dopuści**

Czy Zamawiający w **Zadaniu 8 poz. 30** dopuści zaoferowanie płytki T 4 otworowej o długości 30 mm zamiast 42 mm?

**Odp. Nie dopuści**



Czy Zamawiający w **Zadaniu 8 poz. 30** dopuści zaoferowanie płytki trójkątnej 2 otworowej o długości 38 i 45 mm oraz 4 otworowej o długości 64 mm zamiast płytki o kształcie koniczyny?

**Odp. Nie dopuści**

**Pytanie nr 1, dotyczy Pakietu nr 12 poz. 3- 29**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12 w pozycjach od 3 do 29 wyrazi zgodę na dostarczanie i mplantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

**Odp. Zamawiający dopuści**

DYREKTOR

SP ZOZ Szpitala Powiatowego  
ul. Edmunda Biernackiego w Opatowie

Edyta Wcisło