



SP ZOZ Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie
26-300 Opoczno, ul. Partyzantów 30
tel. 44 754 48 04 / fax 44 754 48 06
www.szpitalopoczno.pl e-mail: sekretariat@szpitalopoczno.pl

e-mail: zamowienia2@szpitalopoczno.pl

Opoczno, dn. 21.07.2020r.

WYKONAWCY

**dot: Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych oraz krwi kontrolnej potrzebnych do wykonywania oznaczeń morfologii krwi – 5 diff oraz płynów z jam ciała wraz z dzierżawą fabrycznie nowych analizatorów hematologicznych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie
znak sprawy 14/2020**

Poniżej przedstawiamy pytania potencjalnych oferentów i odpowiedzi Zamawiającego

Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ:

Pytanie - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności odczynników do badań hematologicznych wynosił min. 6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego, a materiał kontrolny został skalkulowany zgodnie z terminem ważności na opakowaniu? Materiał kontrolny będzie dostarczany zgodnie z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego dostępnym na stronie www.....pl.

ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę

Dotyczy SIWZ, Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 1:

Pytanie - Zamawiający wskazuje na wymóg zaoferowania dwóch identycznych fabrycznie nowych analizatorów hematologicznych.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby jeden z analizatorów miał możliwość oznaczania retikulocytów, a drugi płynów z jam ciała?

ODPOWIEDŹ - Zamawiający wyraża zgodę

Dotyczy SIWZ, Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 2:

Pytanie - Czy Zamawiający potwierdza, że odnośnie do odczynników hematologicznych, materiałów zużywalnych oraz krwi kontrolnej, ze względu na specyfikę produktu, nie będzie wymagane przesyłanie próbek?

ODPOWIEDŹ – Tak, Zamawiający potwierdza

Dotyczy SIWZ, Rozdział XII, pkt. 10:

Pytanie - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą Formularza asortymentowo – cenowego z wyszczególnionymi pozycjami przedmiotu zamówienia, jak w załączeniu?

ODPOWIEDŹ – Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Dotyczy SIWZ, Rozdziału XVI. Termin wykonania umowy (zamówienia):

Pytanie - W związku z określonym przez Zamawiającego przedmiotem zamówienia „(...) *wraz z dzierżawą fabrycznie nowych analizatorów hematologicznych*”, prosimy o zmianę zapisu na:

„Termin dostawy urządzeń (analizatory 5 diff) 30 dni od podpisania umowy.”

ODPOWIEDŹ - Zamawiający wyraża zgodę (patrz umowa-projekt i SIWZ po zmianach)

Dotyczy SIWZ, Rozdziału XV. Istotne dla stron postanowienia, Umowa - projekt:

§2 ust. 3:

Pytanie - Prosimy o zastrzeżenie, iż ograniczenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20% poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„przy czym zmniejszenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20%”.

Brak takiego zastrzeżenia jest niekorzystny nie tylko dla Wykonawcy, ale również dla Zamawiającego: ostrożny Wykonawca kalkuluje cenę zakładając minimalną ilość, co oznacza, że cena jednostkowa byłaby niższa, gdyby Zamawiający gwarantował minimalną ilość mniejszą.

ODPOWIEDŹ – Zamawiający *podtrzymuje zapisy umowa-projekt*

§4 ust. 7 oraz 8:

Pytanie - Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności wynosił *30 dni* i był liczony od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę?

Warto pamiętać, że nadmierne wydłużanie terminów płatności jest kosztowne, a koszty te muszą być przerzucane na klientów przedsiębiorcy, wśród których jest i Zamawiający. Jako że przyjętą praktyką jest regulowanie faktur w terminie 2 tygodni, odstępować od tej zasady winno się tylko z ważnych powodów.

ODPOWIEDŹ - Zamawiający *podtrzymuje zapisy umowa-projekt*

Pytanie - §5 ust. 2 lit. e):

Uprzejmie prosimy o dodanie do definicji siły wyższej:

„stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemią lub stanu nadzwyczajnego”

ODPOWIEDŹ - Zamawiający *podtrzymuje zapisy umowa-projekt*

Pytanie - § 6 ust. 2:

Uprzejmie prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania:

„W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku VAT ceny brutto ulegną zmianie stosownie do tych przepisów, natomiast ceny netto pozostają nie zmienione. Zmiana ta nie wymaga dokonywania zmian w treści niniejszej umowy w formie aneksu”.

ODPOWIEDŹ – Nie, patrz § 6 ust. 2

Pytanie - §7 ust. 2:

Czy Zamawiający dopuści dosłanie faktury w terminie późniejszym niż dokumentu dostawy?

Ze względu na stosowaną przez Wykonawcę politykę bezpieczeństwa i ochronę danych stanowiących informację handlową, faktury wystawiane są przez pracownika Wykonawcy w biurze w dniu dostawy towaru do Zamawiającego, a sam przedmiot dostawy jest wysyłany do Zamawiającego z magazynu Wykonawcy, który znajduje się w innej lokalizacji niż biuro. Wraz z towarem Wykonawca załącza dokument dostawy, potwierdzający ilość, rodzaj towaru będącego przedmiotem dostawy, natomiast faktura VAT wysyłana jest pocztą (lub e-mailem) po wykonaniu zamówienia.

ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza

Pytanie - §8:

Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

„Nie dokonanie lub opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania dostawy kolejnej partii towaru, chyba że zwłoka w zapłacie przekracza 45 dni.”

W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC gdy kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą ceny na dostarczony towar i powstaje przypuszczenie że zapłata za towar który będzie dostarczony później nie nastąpi, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem pozostałego towaru wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia zapłaty.

ODPOWIEDŹ - Zamawiający *podtrzymuje zapisy umowa-projekt*

Pytanie - §8 ust. 1, 2, 5 i 8:

Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu:

„za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”

Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary – nie zależy to od jego należytej staranności.

ODPOWIEDŹ - Zamawiający *podtrzymuje zapisy umowa-projekt*

Dotyczy SIWZ, Rozdziału XV. Istotne dla stron postanowienia, Umowa - projekt:

Z uwagi na wejście w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych, celem właściwego zabezpieczenia dokumentacji przez obie Strony, prosimy o dołączenie do umowy głównej - umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dostęp do danych osobowych przez Wykonawcę może nastąpić w sytuacji serwisowania dzierżawionych urządzeń. Inżynier serwisu może mieć wówczas potencjalnie dostęp do danych pacjenta.

ODPOWIEDŹ - Zamawiający *dołączy do umowy głównej - umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych*

Pytania dotyczą treści Załącznika nr 3 –specyfikacja parametrów granicznych –aparat hematologiczny

Pytanie - Pytanie nr 1 do Punktu 5. Minimalne parametry raportowane na wyniku : WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, MPV, P-LCR, PDW, PCT, NEUT, LYMPH, MONO, EO, BASO, IG, MicroR, MacroR.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązania równoważne i nie pogarszające poziomu oferowanego analizatora , w oferowanym systemie parametry: MicroR, MacroR są parametrami badawczymi.

ODPOWIEDŹ - Zamawiający *nie wyraża zgody*

Pytanie - Pytanie nr 2 do Punktu 6. Objętość aspirowanej próbki do oznaczeń CBC +5 diff –20-30 ul.
Czy Zamawiający dopuści aparat równoważny diagnostycznie do specyfikowanego, gdzie objętość analizowanej próbki jest nie większa niż 80 mikrolitrów wobec żądanej 20 mikrolitrów?

ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie - Pytanie nr 3 do Punktu 14. Materiał kontrolny wspólny dla CBC, CBC+ 5 Diff, CBC + 5 Diff + RET.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne i nie pogarszające poziomu kontrolowanych parametrów diagnostycznych, a tylko proponujący inny sposób zapewnienia kontroli na żądanych trzech poziomach przy pomocy dwóch rodzajów krwi kontrolnej tj. osobnej dla CBC, CBC+DIFF i osobnej dla RET w próbkach systemu zamkniętego?

ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie - Pytanie nr 4 do Punktu 30. Zapewnienie międzynarodowej kontroli jakości wyników badań uzyskanych, prowadzonej przez producenta dla użytkowników jego aparatów w trybie on-line, w oparciu o materiał do codziennej kontroli, przesyłany z aparatu zaraz po wykonaniu kontroli, bez konieczności zgrywania na zewnętrzny nośnik USB i przenoszenia oraz wgrywania na innym komputerze.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne i nie pogarszające poziomu oznaczanych parametrów diagnostycznych, w oferowanym systemie przesyłanie danych wyników rutynowej codziennej kontroli odbywa się za pomocą wygenerowania kodu 2D i przesłania do centralnego serwera oferenta. Informacja zwrotna do użytkownika przesyłana jest automatycznie.

ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie - Pytanie nr 5 do Punktu 33. Wbudowana instrukcja obsługi w języku polskim.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne i nie pogarszające poziomu oznaczanych parametrów diagnostycznych, w oferowanym systemie wbudowana instrukcja obsługi jest w języku angielskim.

ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie - Pytanie nr 6 do Punktu 35. Grupa porównawcza w COBJ w DL w Łodzi min. 30 użytkowników oferowanego modelu analizatora.

Czy Zamawiający dopuści analizator hematologiczny nowej generacji który został wprowadzony na rynek w tym roku i nie posiada on jeszcze grupy porównawczej w COBJ w DL w Łodzi

ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie wyraża zgody

Procedura Krawiec

KIEROWNIK DZIAŁU
DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
Jolanta Krawiec
mgr Jolanta Krawiec