

**SP ZOZ SZPITAL POWIATOWY
IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO W OPOCZNIE
26-300 Opoczno, ul. Partyzantów 30**

Dyrekcja: 0447544804

Fax: 0447544822

e - mail: zamowienia2@szpitalopoczno.pl

Opoczno, dn. 06.02.2018r.

WYKONAWCY

dot: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz testów diagnostycznych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie.

Znak sprawy 5/2018

Poniżej przedstawiamy pytania potencjalnych oferentów i odpowiedzi Zamawiającego

Pytanie - Czy w pozycji 29 Zamawiający dopuści test o czułości 40ng/ml hemoglobiny (w buforze), który aktualnie użytkuje?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie - Czy w pozycji 30 Zamawiający dopuści test do wykrywania przeciwciał klasy IgG i IgM, który aktualnie użytkuje?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie - Czy Zamawiający w pozycji 19 i 20 dopuści czy z PP? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami.

ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie - Czy Zamawiający w pozycji 27 dopuści kamery typu Fast Read z PMMA z 10 komorami pomiarowymi i 10 polami zliczeniowymi ?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie ze względu na inny sposób określania osadu w kamerze.

Pytanie - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku? W pakiecie znajdują się wyroby jednorazowego użytku, podanie ceny za 1 szt. szkiełka lub końcówki do pipety do dwóch miejsc po przecinku nie jest możliwe. Cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma bowiem możliwości zakupu jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). Wartość netto oraz wartość brutto w ofercie zostanie podana do 2 miejsc po przecinku.

ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie - **Poz. 28** Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji do innego zadania/pakietu z uwagi na fakt, że jest to test diagnostyczny, a cały pakiet to wyroby jednorazowego użytku?


ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie - Poz. 29 Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji do innego zadania/pakietu z uwagi na fakt, że jest to test diagnostyczny, a cały pakiet to wyroby jednorazowego użytku?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie - Poz. 30 Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji do innego zadania/pakietu z uwagi na fakt, że jest to test diagnostyczny, a cały pakiet to wyroby jednorazowego użytku?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

DYREKTOR
SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO
im. F. Borkowskiego w Cieplicach

dr n. med. Piotr Misiek