

**SP ZOZ SZPITAL POWIATOWY
IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO W OPOCZNE
26-300 Opoczno, ul. Partyzantów 30**

Dyrekcja: 0447544804

Fax: 0447544822

e - mail: zamowienia2@szpitalopoczno.pl

Nasz znak: DZPF/230/20/2018

Opoczno, dn. 05.03.2018r.

dot: Dostawa odczynników do Pracowni Patomorfologii, **znak sprawy 6/2018 r**

Poniżej przedstawiamy pytania potencjalnych oferentów i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy -projekt.

Pytanie nr 3

W kwestii odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego został wprowadzony do umowy zapis

o wartości niezrealizowanej umowy, również wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, od kwoty niezrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby Wykonawca, ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy, czy zatem Zamawiający dokona modyfikacji wspomnianego zapisu umowy?

Odp. Zgodnie z zapisami umowa-projekt. Zamawiający nie dokona modyfikacji zapisu umowy.

Pytanie nr 4

Dotyczy wzoru umowy:

Prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu do umowy:

W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016, poz.684 t. j.).

Odp. Zgodnie z zapisami umowa-projekt.

Pytanie nr 5

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści umowy: *„W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguluje należności w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym wezwaniu Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawy do Zamawiającego do czasu uregulowania należności”*

Odp. Zgodnie z zapisami umowa-projekt.

Pytanie nr 6

Dotyczy wzoru umowy

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do wzoru umowy:

„W przypadku, gdy Zamawiający nie zamówi w okresie obowiązywania niniejszej umowy, całości przedmiotu zamówienia, okres obowiązywania umowy może ulec przedłużeniu do czasu całkowitego zrealizowania umowy, nie dłużej jednak niż na okres 4 lat od dnia jej podpisania, z uwzględnieniem corocznej aktualizacji cen przez Wykonawcę w tym czasie, za wyjątkiem przedłużenia umowy o maksymalny czas 6 miesięcy.... ”

Odp. Zgodnie z zapisami umowa-projekt

Pytanie nr 7, Poz.3

Prosimy o podanie stężenia roztworu fonolu, jakiego oczekuje Zamawiający lub dopuszczenie fenolu w postaci stałej.

Odp. Zamawiający dopuszcza fenol w postaci stałej.

Pytanie nr 8, Poz.4

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, jakie stężenie procentowe powinien posiadać kwas siarkowy: 10%, 95%, czy 98% ?

Odp. Zamawiający wymaga kwasu siarkowego 35-38 %

Pytanie nr 9, Poz.10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie żyłek do mikrotmu o kącie 34° ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10, Poz.11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie żyłek do mikrotmu o kącie 34° ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11, Poz.12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie żyłek do mikrotmu o kącie 34° ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12, Poz.14

Czy Zamawiający wymaga, aby kasetki biopsyjne posiadały wieczko na zawiasie?

Odp. Zamawiający wymaga.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, likely representing the initials of the signatory.