

**SP ZOZ SZPITAL POWIATOWY
IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO W OPOCZNIE
26-300 Opoczno, ul. Partyzantów 30**

Dyrekcja: 0447544804

Fax: 0447544822

e - mail: zamowienia2@szpitalopoczno.pl

Nasz znak: DTE/2310/170/2017

Opoczno, dn. 05.12.2017r.

Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

dot: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na blok operacyjny w podziale na zadania oraz
użyczenia bezpłatnie klipsownicy do zadania nr 9 dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. Edmunda
Biernackiego w Opocznie.

znak sprawy 28/2017

Poniżej przedstawiamy pytania potencjalnych oferentów i odpowiedzi Zamawiającego

Zadanie nr 2 – worek laparoskopowy

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie worków
laparoskopowych w rozmiarze 8,5cm x 18,5cm. Pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odp. Zamawiający wyrazi zgodę.

Dotyczy zadania 9

Wnosimy o wydzielenie pozycji 3 do osobnego pakietu. Wydzielenie to zwiększy liczbę składanych ofert
konkurencyjnych.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie. Załącznik asortymentowo-cenowy nr 4 po modyfikacji
w załączeniu.**

Dotyczy zadania nr 9 –poz. 1,2,3

Czy Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia producenta, że oferowane klipsy są wykonane w całości z
tytanu odpowiadającym stosownym normom dla tytanowych implantów chirurgicznych, oraz nie
generujących żadnego istotnie klinicznego ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie
magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli. Oświadczenie takie pozwala na bezpieczne wykonywanie badań
diagnostycznych w rezonansie magnetycznym?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli
wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.
Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu
Zamówień Publicznych - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą,
niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza
brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy
jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania
(włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po
stronie wykonawcy.

Odp. Tak

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust 6

Prosimy o określenie terminu maksymalnego czasu oczekiwania na usunięcie niezgodności dostawy na min.



5 dni roboczych. Reklamację będziemy realizować jak najszybciej, ale rzeczywiste warunki to uznanie zasadności reklamacji, co wiąże się z wizytą Przedstawiciela oraz wysyłka.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Stosowne zmiany do umowy zostaną wprowadzone po jej podpisaniu.

Dotyczy wzoru umowy § 9 ust 5

Zwracamy się z wnioskiem o rozszerzenie zapisu o treść: [...]z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.

Odp. Zgodnie z zapisami umowa-projekt.

Dotyczy projektu umowy § 10 ust.1,2

Nawiązując do projektu umowy stanowiącej element SIWZ wnosimy do Zamawiającego o dokonanie zmiany w wielkości kar umownych do poziomu odsetek ustawowych tj do wysokości 0,1%

Odp. Zgodnie z zapisami umowa-projekt.

Dotyczy projektu umowy § 10 ust. 3, 4

Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości netto niezrealizowanej umowy (według stanu na dzień odstąpienia) /dostawy, a nie od wartości umowy brutto.

Podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wystawionych faktur w miesiącu. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne. Prosimy zatem aby kary naliczane były tylko od wartości netto nie wykonanego świadczenia.

Odp. Zgodnie z zapisami umowa-projekt.

Dotyczy projektu umowy § 9 ust 5

Wnosimy o modyfikację ww. zapisu na: Jeżeli zwłoka w dostarczeniu towaru przekroczy 14 dni z winy Wykonawcy Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do natychmiastowego zrealizowania zamówienia.

Odp. Zgodnie z zapisami umowa-projekt.

Zadanie nr 3 poz. 4 i 5

Czy Zamawiający wydzieli pozycje nr 4 i 5 do osobnego zadania? Pozycje te mogą być zrealizowane tylko przez jedną firmę – Medtronic.

Odp. Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie. Załącznik asortymentowo-cenowy nr 4 po modyfikacji w załączeniu.

Zadanie nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe uchwyty z elektrodą nożową w opakowaniu zbiorczym po 100 szt. Z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 10 opakowań po 100 szt.?

Odp. Zamawiający dopuści po odpowiednim przeliczeniu.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zad 1 poz 1 na jednorazowy trokar o średnicy 11 mm, długość kaniuli 100 mm, nieprzezierna kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach, z automatycznym systemem bezobsługowej redukcji uszczelki od 5 mm do 11 mm, z parabolicznym systemem ochrony trójkątnego ostrza (zaostrzonego po dwóch stronach) po przejściu przez powłoki brzuszne lub typu : bezostrzowego” posiadający 2 – stopniowy zawór insuflacyjny?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zad 1 poz 2 na jednorazowy trokar o średnicy 11 mm, długość kaniuli 150 mm, nieprzezierna kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach, z automatycznym systemem bezobsługowej redukcji uszczelki od 5 mm do 11 mm, z parabolicznym systemem ochrony trójkątnego ostrza (zaostrzonego po dwóch stronach) po przejściu przez powłoki brzuszne lub typu : bezostrzowego” posiadający 2 – stopniowy zawór insuflacyjny?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zad 1 poz 3 na jednorazowy trokar o średnicy 5 mm, długość kaniuli 100 mm, nieprzezierna kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w

powłokach, z parabolicznym systemem ochrony trójkątnego ostrza (zaostrzonego po dwóch stronach) po przejściu przez powłoki brzuszne lub typu : bezostrzewego" posiadający 2 – stopniowy zawór insuflacyjny?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zad 1 poz 4 na jednorazowy trokar o średnicy 5 mm, długość kaniuli 150 mm, nieprzezierna kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach, z parabolicznym systemem ochrony trójkątnego ostrza (zaostrzonego po dwóch stronach) po przejściu przez powłoki brzuszne lub typu : bezostrzewego" posiadający 2 – stopniowy zawór insuflacyjny?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zad 1 poz 5 na jednorazowa kaniula uniwersalna o średnicy 11 mm (przyjmująca groty trokarów o śr. 11 mm), długość kaniuli 100 mm, kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach, z automatycznym systemem bezobsługowej redukcji uszczelki od 5mm do 11 mm, posiadająca 2-stopniowy zawór insuflacyjny?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zad 1 poz 6 na jednorazowa kaniula uniwersalna o średnicy 11 mm (przyjmująca groty trokarów o śr. 11 mm), długość kaniuli 150 mm, kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach, z automatycznym systemem bezobsługowej redukcji uszczelki od 5mm do 11 mm, posiadająca 2-stopniowy zawór insuflacyjny?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zad 2 samorozprężalny worek do ewakuacji preparatu w zabiegach laparoskopowych, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z odpornego na zrywanie polietanu, z trzonem o średnicy 10 mm i długości trzonu 29,5 cm, z metalową samorozprężną obręczą i nitką pozwalającą na zaciśnięcie worka z preparatem w środku, worek o wymiarach 6,5x15,00 cm i pojemności 220 ml. Opakowanie typu papier + folia?

Odp. Zamawiający wyrazi zgodę.

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

Odp. Zamawiający wyrazi zgodę.

Zadanie 8, pozycja 3, 4

Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system do odsysania konkurencyjnego producenta (firma brytyjska), znacznie nowocześniejszy, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników, zapewniającą, że drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się w ciągu 24h (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi).

W naszym systemie:

króciec (port) pacjenta ma wymaganą śr. minimalną (7,2 mm) i rozszerza się (dostosowany jest do drenów o różnej średnicy). Opcjonalnie, do wyboru Zamawiającego, oferujemy wariant wkładu o poj. 2000 ml do odsysania ortopedycznego (króciec o śr. 12 mm).

pojemniki wielorazowe o pojemności 2000 ml bez króćca do podłączenia próżni (wszystkie porty w pokrywach wkładów jednorazowych). Wymiana wkładów po odłączeniu ssania - jest czynnością nieskomplikowaną i przebiega sprawnie, ponieważ pokrywy wkładu nie trzeba dociskać do kanistra.

Pozostałe jak w SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuści.

Zadanie 8, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający wydzieli z zadania nr 8 pozycje 1 i 2 do osobnego pakietu? Asortyment opisany w tych

pozycjach nie ma związku funkcjonalnego z asortymentem opisanym w pozycjach 3 i 4, nie jest w żaden sposób kompatybilny z tymi pozycjami, nie pochodzi też od tego samego producenta. Utrzymanie dotychczasowych wymagań SIWS skutkować będzie tym, że ważną ofertę, niepodlegającą odrzuceniu, złożyć będzie mógł tylko jeden dystrybutor, firma Beryl Med.

Odp. Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie. Załącznik asortymentowo-cenowy nr 4 po modyfikacji w załączeniu.

PYTANIE 1. DOTYCZY CZĘŚCI 4 poz 2:

Prosimy o dopuszczenie uchwytów z kablem długości 3,2m (wymagane w SIWZ 3,0m) spełniających pozostałe wymagania Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuści.

Pakiet 1/

Pozycja 1,2

Czy Zamawiający uzna za tożsame do wymaganych, trokar o parametrach: Trokar bezpieczny, bezostrzowy, optyczny o średnicy 11 mm, długość kaniuli 100 mm w pozycji 1 a 150 mm w pozycji 2 z zaawansowanym systemem fiksacji w powłokach przy pomocy balonika i dysku retencyjnego umożliwiający wykonanie insuflacji za pomocą otworu na obturatorze, 6 szt w op. Zawór 3 - pozycyjny, umożliwiający insuflację i desuflację bez podłączonego wężyka. Lub trokar z bezpiecznym nożem do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1/ Pozycja 3,4

Czy Zamawiający uzna za tożsame do wymaganych, trokar o parametrach: Trokar bezpieczny, bezostrzowy, optyczny o średnicy 5 mm, długość kaniuli 100 mm w pozycji 3 a 150 mm w pozycji 4 z zaawansowanym systemem fiksacji w powłokach przy pomocy balonika i dysku retencyjnego umożliwiający wykonanie insuflacji za pomocą otworu na obturatorze, 6 szt w op. Zawór 3 - pozycyjny, umożliwiający insuflację i desuflację bez podłączonego wężyka. Lub trokar z bezpiecznym nożem do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1 /

Pozycja 5,6

Czy Zamawiający uzna za tożsame do wymaganych, kaniula o parametrach: Jednorazowa kaniula do trokara bezpiecznego, bezostrzowego, optycznego o średnicy 5 mm, długość kaniuli 100 mm w pozycji 5 i 150 mm w pozycji 6 z zaawansowanym systemem fiksacji w powłokach przy pomocy balonika i dysku retencyjnego umożliwiający wykonanie insuflacji za pomocą otworu na obturatorze. Zawór 3 - pozycyjny, umożliwiający insuflację i desuflację bez podłączonego wężyka do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji nr 7 z pakietu 1 i utworzenie nowego?

Odp. Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie. Załącznik asortymentowo-cenowy nr 4 po modyfikacji w załączeniu.

Pakiet 5/ Pozycja 1

Czy Zamawiający uzna za tożsame do wymaganych, staplery o parametrach: Jednorazowy, zakrzywiony stapler okrężny z regulowaną wysokością zamknięcia zszywek oraz skalą docisku, średnica головки staplera 21, 25, 28 i 32 mm, zszywki tytanowe. Stapler z kontrolowanym dociskiem tkanki w zakresie 1,0 – 2,0 mm, wysokość otwartej zszywki 5,0 mm dla staplera 21 mm wysokość zszywki 4,2 mm. Stapler posiadający blokadę zabezpieczającą, stapler z jedną dźwignią aktywującą, rozmiary 28 i 32 mm dostępne również w wersji krótkiej, prostej o długości 345 mm. Wszystkie staplery są dostępne również w wersji laparoskopowej, długość robocza 52 cm.

Odp. Tak

Pakiet 5 /Pozycja 2

Czy Zamawiający uzna za tożsame do wymaganych, staplery o parametrach: Jednorazowy stapler liniowy z nożem, posiadający cztery rzędy zszywek, długość linii zszywania 61 mm lub 81 mm, stapler wielostrzałowy z możliwością wymiany ładunków. Stapler z ładunkiem do tkanki cienkiej zszywka otwarta 2,5 mm zamknięta 1,0 mm, tkanka standardowa zszywka otwarta 3,8 mm zamknięta 1,5 mm, do tkanki średniej zszywka otwarta 4,0 mm a zamknięta 1,75 mm lub do tkanki grubej zszywka otwarta 4,5 mm zamknięta 2,0 mm. Stapler załadowany ładunkiem. Z zabezpieczeniem przed wypadaniem tkanki z pomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik uniemożliwiający odpalenie staplera ze zużytym ładunkiem. Nóż w staplerze. Stapler posiadający pozycję pośrednią.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 5 /Pozycja 3

Czy Zamawiający uzna za tożsame do wymaganych, ładunek o parametrach: Ładunek do staplera liniowego z nożem o długości 61 mm lub 81 mm kompatybilny z pozycją nr 2 pakietu 5, cztery wysokości zszywek zamkniętych 1,0 mm, 1,5 mm, 1,75 mm, 2,0 mm

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 5 / pozycja 4

Czy Zamawiający uzna za tożsame do wymaganych, staplery o parametrach: Jednorazowy stapler liniowy o długości linii zszywania 32 mm, 46 mm lub 60 mm, automatyczny, wielostrzałowy z możliwością wymiany ładunków, zszywki tytanowe ułożone naprzemiennie. Stapler załadowany ładunkiem. Stapler posiadający dopychacz integralnie połączony z ładunkiem dla zapewnienia każdorazowo właściwego formowania zszywek. Trzy wysokości zszywek dla staplera o długości szwu 32 mm, trzy rzędy zszywek tytanowych, wysokość zszywki otwartej do tkanki naczyniowej 2,5 mm, zamkniętej 1,0 mm oraz pozostałe dwa rodzaje 1,5 mm i 2,0 mm. Wysokość zszywek otwartych w staplerach firmy Frankenman to 3,8 mm, zamkniętych 1,5 mm oraz 4,5 mm, zamkniętych 2,0 mm. Zabezpieczenie przed wypadaniem tkanki z pomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik uniemożliwiający odpalenie staplera ze zużytym ładunkiem. Zszywki tytanowe. Możliwość manualnego lub automatycznego wysunięcia pinu zabezpieczającego tkankę. Stapler posiadający pozycję pośrednią oraz dwie dźwignie jedną zamykającą a drugą spustową.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 5 / Pozycja 5

Czy Zamawiający uzna za tożsame do wymaganych, ładunki o parametrach: Ładunek do staplera kompatybilny z pozycją 4 pakietu 5 dla staplera o długości linii szwu 32 mm są to trzy rodzaje (do tkanki naczyniowej 2,5 mm, standardowej 3,8 mm i do tkanki grubej 4,5 mm) dla rozmiaru 46 mm i 60 mm są to dwa rodzaje (do tkanki standardowej 3,8 mm i do tkanki grubej 4,5 mm).

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pakiet 6 / Pozycja 1

Czy Zamawiający uzna za tożsame do wymaganych, zestawy firmy Applied Medical o parametrach: Jednorazowy trokar wraz z dodatkową kaniulą do trokara bezpiecznego, bezostrzowego optycznego o średnicy 5 mm oraz jednorazowy trokar wraz z dodatkową kaniulą do trokara bezpiecznego, bezostrzowego optycznego o średnicy 11 mm, długość kaniuli 100 mm z zaawansowanym systemem fiksacji w powłokach przy pomocy balonika i dysku retencyjnego umożliwiające wykonanie insuflacji za pomocą otworu na obturatorze bez igły Veresa. 10 szt w op. Zawór 3 - pozycyjny, umożliwiający insuflację i desuflację bez podłączonego węża lub trokary w wersji z bezpiecznym nożem do wyboru przez Zamawiającego.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji nr 2 z pakietu 6 i utworzenie nowego?

Odp. Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie. Załącznik asortymentowo-cenowy nr 4 po modyfikacji w załączeniu.

Pytania pakiet 4

punkt 1

Czy zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze 100 szt., reszta parametrów bez zmian.



Odp. Tak, po odpowiednim przeliczeniu.

punkt 2

Czy zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze 50 szt., reszta parametrów bez zmian.

Odp. Tak, po odpowiednim przeliczeniu.

Pyt.1 dotyczy zadania nr 4 poz.1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dwudzielną, hydrożelową z systemem rozpraszającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagającej aplikacji w określonym kierunku do pola operacyjnego, o wymiarach 164 x 116 mm, o powierzchni przewodzącej 108 cm², bez ograniczenia mocy maksymalnej, w opakowaniu zbiorczym 100 szt ?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pyt.2 dotyczy zadania nr 4 poz.2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy uchwyt z elektrodą nożową 2,4 mm posiadający przyciski aktywacji cięcia i koagulacji. Kabel długości 3 m z wtykiem 3 – bolcowym, sterylnie zapakowane, w opakowaniu zbiorczym 50 szt. ?

Odp. Tak, po odpowiednim przeliczeniu.

Z Urzędu Miejskiego
Z-ca Dyrektora Finansów
[Podpis]
[Data]